





Reporte Subgrupo
QAP FOR 17-006
Programa de aseguramiento de la
calidad QAP-Q Química Sanguínea
Código de muestra: AB2630
Ronda: 43
Muestra: 3
Septiembre 2022
Ciudad: Tunja Boyacá

100146 - Laboratorio Clínico Dra. Erika Milena Castellanos Fagua
100171 - E.S.E. CENTRO DE SALUD MOTAVITA

Analito : Ácido Úrico

IT	# laboratorio	Sede	año	Mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100146	Laboratorio Clínico Dra. Erika Milena Castellanos Fagua	2022	SEPTIEMBRE	Biosystems A-15	10.44	mg/dL	9.380	2,83
2	100171	E.S.E. CENTRO DE SALUD MOTAVITA	2022	SEPTIEMBRE	Mindray BA-88A	10.60	mg/dL	9.380	3,25

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---




valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración z-score por sede	0	1	1	2
Porcentaje	0%	50%	50%	100%

Analito : ALT (ALAT/GPT)

IT	# laboratorio	Sede	año	Mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100146	Laboratorio Clínico Dra. Erika Milena Castellanos Fagua	2022	SEPTIEMBRE	Biosystems A-15	106.0	U/L	96.280	1,14

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : AST (ASAT/GOT)

IT	# laboratorio	Sede	año	Mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100146	Laboratorio Clínico Dra. Erika Milena Castellanos Fagua	2022	SEPTIEMBRE	Biosystems A-15	178.3	U/L	179.300	-0,07

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---




valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Creatinina

IT	# laboratorio	Sede	año	Mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100171	E.S.E. CENTRO DE SALUD MOTAVITA	2022	SEPTIEMBRE	Mindray BA-88A	6.12	mg/dL	5.460	1,72

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Fosfatasa Alcalina

IT	# laboratorio	Sede	año	Mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100146	Laboratorio Clínico Dra. Erika Milena Castellanos Fagua	2022	SEPTIEMBRE	Biosystems A-15	352.4	U/L	465.000	-2,68

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración z-score por sede	0	1	0	1
Porcentaje	0%	100%	0%	100%

Analito : Glucosa

IT	# laboratorio	Sede	año	Mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100146	Laboratorio Clínico Dra. Erika Milena Castellanos Fagua	2022	SEPTIEMBRE	Biosystems A-15	267.5	mg/dL	273.900	-0,62
2	100171	E.S.E. CENTRO DE SALUD MOTAVITA	2022	SEPTIEMBRE	Mindray BA-88A	260.5	mg/dL	273.900	-1,29

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Triglicéridos

IT	# laboratorio	Sede	año	Mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100146	Laboratorio Clínico Dra. Erika Milena Castellanos Fagua	2022	SEPTIEMBRE	Biosystems A-15	92.7	mg/dL	90.450	0,44
2	100171	E.S.E. CENTRO DE SALUD MOTAVITA	2022	SEPTIEMBRE	Mindray BA-88A	99.9	mg/dL	90.450	1,83

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---



valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%