



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-QU-Química urinaria
Código de muestra: CJ1804
Ronda: 34
Muestra: 5
Enero 2025
Ciudad : Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia, Bogotá Distrito Capital


100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali
100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones
100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real
100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102

Analito : Creatinina QU


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	ENERO	Roche Cobas 6000 (c501)	63.58	mg/dL	65.420	-0,92
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2025	ENERO	Roche Cobas 6000 (c501)	63.98	mg/dL	65.420	-0,72
3	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2025	ENERO	Roche Cobas 6000 (c501)	67.06	mg/dL	65.420	0,82
4	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2025	ENERO	Roche Cobas c311	60.11	mg/dL	65.420	-2,67
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	2025	ENERO	Roche Cobas c111	62.58	mg/dL	63.910	-0,36

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	4	1	0	5
Porcentaje	80%	20%	0%	100%

Analito : Microalbuminuria QU


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	ENERO	Roche Cobas 6000 (c501)	44.18	mg/L	46.350	-0,48
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2025	ENERO	Roche Cobas 6000 (c501)	45.2	mg/L	46.350	-0,26
3	100234	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Farallones	2025	ENERO	Roche Cobas 6000 (c501)	45.6	mg/L	46.350	-0,17

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 3 Z-score



Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	3	0	0	3
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Proteínas totales QU


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	ENERO	Roche Cobas 6000 (c501)	18.11	mg/dL	18.520	-0,26
2	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2025	ENERO	Roche Cobas 6000 (c501)	18.34	mg/dL	18.520	-0,12
3	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2025	ENERO	Roche Cobas c311	17.5	mg/dL	18.520	-0,65

Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 5 Z-score



Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	3	0	0	3
Porcentaje	100%	0%	0%	100%