



Reporte Subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-Hb-Hemoglobina  
Código de muestra: DI3610  
Ronda: 4  
Muestra: 4  
Noviembre 2024  
Ciudad : Bogotá Distrito Capital, Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia


**100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali**  
**100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín**  
**100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102**

**Analito :** Hemoglobina A1C


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	10.6	%	9.920	2,28
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	9.72	%	9.920	-0,67
3	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas c111	9.6	%	9.900	-1

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	1	0	3
Porcentaje	66,67%	33,33%	0%	100%