



QAP-Química Clínica

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP-Q - Química sanguínea

HOSPITAL VENANCIO DIAZ DIAZ

Correo electrónico: laboratorio@hospitalsabaneta.gov.co

Dirección: Cl. 77 Sur #46-43, Sabaneta, Antioquia

Ciudad: Sabaneta - Antioquia

País: Colombia

Contacto: Julián Valencia

Teléfono: 321 7191049

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100231

Código de reporte: QAP-Q-100231-55-5

Ronda: 55

Muestra: 5

Código de la muestra: CF2606

Tipo de muestra: Liofilizado -Suero humano

Fecha generación: 19 / febrero / 2025



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100231
Ronda:	55
Muestra:	5
Código Muestra:	CF2606
Fecha reporte:	2025-02-08
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al "Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM).

Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:

Formula Desviación Estandar:

$$\text{Desviación estándar} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Formula Media:

$$\text{Media} = \frac{\sum \text{todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

Formula Zscore:

$$Z - \text{score} = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del grupo consenso}}$$

Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E. * k$$

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea					Identificación Laboratorio:	100231
						Ronda:	55
						Muestra:	5
						Código Muestra:	CF2606
						Fecha reporte:	2025-02-08
						Estado:	Evaluación original

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

1 IT	2 NOT	3 Mensurando	4 Analizador	5 Método	6 VRL	7 U-LAB	8 M-C	9 U-MC	10 DE-C	11 T-C	12 Zs	13 VAL	14 COMP
1		Acido Úrico	Roche Cobas c111	Uricase, colorimetric	8.9	mg/dL	9,63	mg/dL	0,37	Acumulada	-1,97	Satisfactorio	Par
2		ALT (ALAT/GPT)	Roche Cobas c111	UV without P5P	93.3	U/L	99,32	U/L	7,56	Acumulada	-0,8	Satisfactorio	Método
3		AST (ASAT/GOT)	Roche Cobas c111	UV without P5P	192	U/L	204,8	U/L	19,49	Acumulada	-0,66	Satisfactorio	Método
4		Bilirrubina Directa	Roche Cobas c111	Diazotización	1.8	mg/dL	1,83	mg/dL	0,13	Inserto	-0,23	Satisfactorio	Par
5		Bilirrubina Total	Roche Cobas c111	Diazonium Ion, Blanked (Roche)	4.3	mg/dL	3,92	mg/dL	0,18	Acumulada	2,13	Alarma	Par
6		CK (Creatine Kinase)	Roche Cobas c111	NAC Activado IFCC - Ref. proc., Calibrado	422.9	U/L	438,2	U/L	19,68	Acumulada	-0,78	Satisfactorio	Método
7		Colesterol HDL	Roche Cobas c111	Direct Enzymatic Colorimetric	21.87	mg/dL	25,69	mg/dL	3,07	Acumulada	-1,24	Satisfactorio	Método
8		Colesterol Total	Roche Cobas c111	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase	88	mg/dL	92,95	mg/dL	4,94	Mensual	-1	Satisfactorio	Método
9		Creatinina	Roche Cobas c111	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized	5.27	mg/dL	5,38	mg/dL	0,14	Acumulada	-0,8	Satisfactorio	Método
10		Glucosa	Roche Cobas c111	Hexokinase	282	mg/dL	289,2	mg/dL	6,22	Acumulada	-1,16	Satisfactorio	Par
11		Nitrógeno Uréico	Roche Cobas c111	Urease, UV	39.06	mg/dL	44,46	mg/dL	4,34	Acumulada	-1,24	Satisfactorio	Método
12		Triglicéridos	Roche Cobas c111	Enzymatic, end point	81	mg/dL	83,68	mg/dL	5,93	Acumulada	-0,45	Satisfactorio	Método
13		Urea	Roche Cobas c111	Urease, UV	83.7	mg/dL	93,04	mg/dL	6,19	Acumulada	-1,51	Satisfactorio	Método

IT: Item		NOT: Notificaciones		VRL: Valor reportado por el laboratorio		U-LAB: Unidades de laboratorio		U-MC: Unidades Originales de la media de comparación	
M-C: Media del grupo de comparación		DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación		T-C: Tipo de consenso		Zs: Z-score		VAL: Valoración	COMP: Comparador

Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.		☒	
			Tardío	Ausente	Revalorado

	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea		Identificación	100231
			Laboratorio:	
			Ronda:	55
			Muestra:	5
			Código Muestra:	CF2606
			Fecha reporte:	2025-02-08
			Estado:	Evaluación original

3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

1 Item	2 Mensurando	3 VRL	4 U-LAB	5 X _{pt}	6 U-X _{pt}	7 M-REF	8 D%	9 ETmp/APS	10 Límites aceptación Bajo Alto	11 Valoración
1	CK (Creatine Kinase)	422.9	U/L	455.940	U/L	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-7,25	20	364,75 547,13	Satisfactorio

VRL: Valor reportado por el laboratorio			U-X_{pt}: Unidades del valor aceptado como verdadero		
U-LAB: Unidades de laboratorio		M-REF: Método de referencia		D% Diferencia porcentual %	

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}	No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}	ETmp%/APS Error Total máximo permisible * Fuente CLIA 2022	X _{pt} Valor aceptado como verdadero
---	--	--	--



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Ácido Úrico

8.9 mg/dL Roche Cobas c111 Uricase, colorimetric CLIA 10% APS 2022

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	9,63	0,37	674	8,89 a 10,37	-7,58	-1,97	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	9,16	0,54	46	8,09 a 10,24	-2,86	-0,49	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	9,36	0,44	28	8,47 a 10,25	-4,9	-1,04	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





ALT (ALAT/GPT)

93.3 U/L Roche Cobas c111 UV without P5P CLIA 15% APS 2022

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	99,32	7,56	14747	84,2 a 114,44	-6,06	-0,8	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	96,54	5,62	70	85,31 a 107,78	-3,36	-0,58	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	95,83	4,67	65	86,49 a 105,16	-2,64	-0,54	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100231
Ronda:	55
Muestra:	5
Código Muestra:	CF2606
Fecha reporte:	2025-02-08
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

AST (ASAT/GOT)

192 U/L Roche Cobas c111



UV without P5P

CLIA
2022

15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	204,8	19,49	14202	165,82 a 243,78	-6,25	-0,66	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	209,79	15,22	76	179,35 a 240,23	-8,48	-1,17	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	208,59	14,89	67	178,81 a 238,36	-7,95	-1,11	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Bilirrubina Directa

1.8 mg/dL Roche Cobas c111



Diazotización

- - % APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de inserto	1,83	0,13	N/A	1,57 a 2,09	-1,64	-0,23	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100231
Ronda:	55
Muestra:	5
Código Muestra:	CF2606
Fecha reporte:	2025-02-08
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Bilirrubina Total

4.3 mg/dL Roche Cobas c111



Diazonium Ion,
Blanked (Roche)

CLIA
2022

20% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	3,92	0,18	694	3,56 a 4,28	9,69	2,13	Alarma
Todos los participantes de QAP3	4,18	0,3	37	3,58 a 4,78	2,98	0,41	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	4,06	0,24	19	3,58 a 4,55	5,79	0,96	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



CK (Creatine Kinase)

422.9 U/L Roche Cobas c111



NAC Activado IFCC -
Ref. proc., Calibrado

CLIA
2022

20% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	455.940	N/A	N/A	N/A	-7,25	N/A	Satisfactorio
Media de comparación internacional	438,2	19,68	8205	398,84 a 477,56	-3,49	-0,78	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	430,24	11,1	14	408.03 a 452.45	-1,71	-0,66	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	432,17	10,33	12	411.51 a 452.83	-2,14	-0,9	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100231
Ronda:	55
Muestra:	5
Código Muestra:	CF2606
Fecha reporte:	2025-02-08
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Colesterol HDL

21.87 mg/dL Roche Cobas c111



Direct Enzymatic
Colorimetric

CLIA
2022

20% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	25,69	3,07	1873	19,55 a 31,83	-14,87	-1,24	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	22,09	1,91	66	18,27 a 25,91	-0,99	-0,11	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	21,82	1,11	52	19,6 a 24,03	0,25	0,05	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Colesterol Total

88 mg/dL Roche Cobas c111



Cholesterol oxidase,
esterase, peroxidase

CLIA
2022

10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	92,95	4,94	10450	83,07 a 102,83	-5,33	-1	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	92,01	5,28	80	81,44 a 102,57	-4,36	-0,76	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	91,88	5,25	78	81,38 a 102,38	-4,22	-0,74	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100231
Ronda:	55
Muestra:	5
Código Muestra:	CF2606
Fecha reporte:	2025-02-08
Estado:	Evaluación original



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Creatinina

5.27 mg/dL Roche Cobas c111 Enzymatic IFCC-IDMS Standardized CLIA 2022 10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	5,38	0,14	7103	5,1 a 5,66	-2,04	-0,8	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	5,23	0,2	82	4.82 a 5.64	0,76	0,2	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	5,27	0,16	60	4.95 a 5.59	0,04	0,01	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Glucosa

282 mg/dL Roche Cobas c111 Hexokinase CLIA 2022 8% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	289,2	6,22	869	276,76 a 301,64	-2,49	-1,16	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	286,02	10,3	82	265.42 a 306.62	-1,41	-0,39	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	287,4	4,88	56	277.63 a 297.16	-1,88	-1,11	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100231
Ronda:	55
Muestra:	5
Código Muestra:	CF2606
Fecha reporte:	2025-02-08
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Nitrógeno Uréico

39.06 mg/dL Roche Cobas c111



Urease, UV

CLIA
2022

9% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	44,46	4,34	15205	35,78 a 53,14	-12,15	-1,24	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	42,79	2,29	62	38,21 a 47,37	-8,72	-1,63	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	42,95	2,08	53	38,8 a 47,11	-9,06	-1,87	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Triglicéridos

81 mg/dL Roche Cobas c111



Enzymatic, end point

CLIA
2022

15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	83,68	5,93	28069	71,82 a 95,54	-3,2	-0,45	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	80,48	5,65	83	69,18 a 91,77	0,65	0,09	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	81,21	4,82	65	71,57 a 90,85	-0,26	-0,04	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea



Identificación Laboratorio:	100231
Ronda:	55
Muestra:	5
Código Muestra:	CF2606
Fecha reporte:	2025-02-08
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Urea	83.7 mg/dL	Roche Cobas c111	Urease, UV	CLIA 2022	9% APS
-------------	-------------------	------------------	------------	-----------	--------

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	93,04	6,19	12958	80,66 a 105,42	-10,04	-1,51	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	91,12	4,54	35	82.05 a 100.2	-8,15	-1,64	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	91,26	4,53	34	82.21 a 100.32	-8,29	-1,67	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea	Identificación Laboratorio:	100231
		Ronda:	55
		Muestra:	5
		Código Muestra:	CF2606
		Fecha reporte:	2025-02-08
		Estado:	Evaluación original

5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ácido Úrico	Roche Cobas c111	Uricase, colorimetric		No declarado		No trazable
2	ALT (ALAT/GPT)	Roche Cobas c111	UV without P5P		No declarado	134	No trazable
3	AST (ASAT/GOT)	Roche Cobas c111	UV without P5P		No declarado	135	No trazable
4	Bilirrubina Directa	Roche Cobas c111	Diazotización		No declarado		No trazable
5	Bilirrubina Total	Roche Cobas c111	Diazonium Ion, Blanked (Roche)		No declarado		No trazable
6	CK (Creatine Kinase)	Roche Cobas c111	NAC Activado IFCC - Ref. proc., Calibrado		No declarado	136	No trazable
7	Colesterol HDL	Roche Cobas c111	Direct Enzymatic Colorimetric		No declarado	137	No trazable
8	Colesterol Total	Roche Cobas c111	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase		No declarado	139	No trazable
9	Creatinina	Roche Cobas c111	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized		No declarado		No trazable
10	Glucosa	Roche Cobas c111	Hexokinase		No declarado	142	No trazable
11	Nitrógeno Uréico	Roche Cobas c111	Urease, UV		No declarado		No trazable
12	Triglicéridos	Roche Cobas c111	Enzymatic, end point		No declarado		No trazable
13	Urea	Roche Cobas c111	Urease, UV		No declarado		No trazable

Nomenclatura método

Nomenclatura materiales

134: ERM-AD454k/IFCC **135:** ERM-AD457/IFCC **136:** GBW(E)091047 **137:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **139:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **142:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3007A

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea										Identificación Laboratorio:	100231
											Ronda:	55
											Muestra:	5
											Código Muestra:	CF2606
											Fecha reporte:	2025-02-08
											Estado:	Evaluación original

6. RESUMEN DE RONDA


Ítem	Mensurando	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Muestra 4			Muestra 5			Muestra 6		
		Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP
1	Ácido Úrico	N/A	-1,97	-1,31	N/A	-2,03	-0,94	N/A	0,19	0,9	N/A	-3,38	-0,94	N/A	-1,97	-0,49			
2	ALT (ALAT/GPT)	N/A	-0,6	0	N/A	0,36	-0,5	N/A	-0,44	0,17	N/A	2,24	0,76	N/A	-0,8	-0,58			
3	AST (ASAT/GOT)	N/A	-0,54	-0,78	N/A	0,01	-1,36	N/A	-1,02	-1,85	N/A	-1,41	-1,29	N/A	-0,66	-1,17			
4	Bilirrubina Directa	N/A	-1	N/A	N/A	-0,35	-0,38	N/A	-1,77	N/A	N/A	2,86	N/A	N/A	-0,23	N/A			
5	Bilirrubina Total	N/A	2,13	0,13	N/A	1,36	0,51	N/A	2,7	0,77	N/A	5,4	1,48	N/A	2,13	0,41			
6	CK (Creatine Kinase)	-4,04	-0,04	0,71	-5,82	0,04	-0,03	-4,46	-0,13	-0,09	N/A	1,41	N/A	-7,25	-0,78	-0,66			
7	Colesterol HDL	N/A	-0,93	0,68	N/A	-1,98	-0,85	N/A	-0,93	0,83	N/A	-0,09	0,1	N/A	-1,24	-0,11			
8	Colesterol Total	N/A	N/A	N/A	N/A	1,87	0,74	N/A	-0,6	-0,09	N/A	-1,9	-1,72	N/A	-1	-0,76			
9	Creatinina	N/A	-1,16	0,01	N/A	-1,14	-0,64	N/A	-2,03	-0,77	N/A	-2,16	-0,93	N/A	-0,8	0,2			
10	Glucosa	N/A	0,93	1,18	N/A	-0,2	0,01	N/A	-0,19	0,57	N/A	0,06	-0,02	N/A	-1,16	-0,39			
11	Nitrógeno Uréico	N/A	-0,7	-0,44	N/A	-2,11	-2,38	N/A	-1,06	-1,1	N/A	-0,44	-0,33	N/A	-1,24	-1,63			
12	Triglicéridos	N/A	0,05	0,75	N/A	0,49	0,53	N/A	-0,28	0,34	N/A	-6,14	-4,31	N/A	-0,45	0,09			
13	Urea	N/A	1,02	2,67	N/A	-1,87	-1,01	N/A	-1,23	-1,2	N/A	0,36	0,08	N/A	-1,51	-1,64			
Notificaciones		0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0		

X_{pt} - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	X_{pt} - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	N/A No aplica	 Tardío	☒ Ausente	 Revalorado
---	---	---	--	--	----------------------	--	---	--

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea	Identificación Laboratorio:	100231
		Ronda:	55
		Muestra:	5
		Código Muestra:	CF2606
		Fecha reporte:	2025-02-08
		Estado:	Evaluación original

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 5 MUESTRAS



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

Maria Paula Mora E.

Aprobado por:
Coordinador QAP
Programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co