



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Reporte Subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-DD-D-Dímero  
Código de muestra: DE2501  
Ronda: 1  
Muestra: 1  
Abril 2024  
Ciudad : Bogotá Distrito Capital, Medellín Antioquia, Cali Valle del Cauca

- 100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali
- 100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
- 100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones
- 100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real
- 100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102
- 100238 - Christus Sinergia sede Manila


A handwritten signature in black ink, reading "Maria Paula Mora C." with a period at the end.

**Analito :** Dímero


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2024	ABRIL	Roche Cobas 6000 (c501)	0.18	ug/mL	0.295	-1,49
2	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2024	ABRIL	Roche Cobas 6000 (c501)	0.32	ug/mL	0.295	0,32

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%