



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-C-Coagulación
Código de muestra: FS0331
Ronda: 49
Muestra: 1
Septiembre 2024
Ciudad : Cartagena Bolívar


100284 - Laboratorio Yamil Bajaire Sede Centro
100285 - Laboratorio Yamil Bajaire Sede Bocagrande

Analito : Tiempo de protombina PT


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100284	Laboratorio Yamil Bajaire Sede Centro	2024	SEPTIEMBR E	Human Clot Junior	13.2	Seconds	12.12	0,89
2	100285	Laboratorio Yamil Bajaire Sede Bocagrande	2024	SEPTIEMBR E	Human Clot Junior	13.5	Seconds	12.12	1,13

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Tiempo parcial de tromboplastina tisular PTT


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100284	Laboratorio Yamil Bajaire Sede Centro	2024	SEPTIEMBR E	Human Clot Junior	27.4	Seconds	28.1	-0,22
2	100285	Laboratorio Yamil Bajaire Sede Bocagrande	2024	SEPTIEMBR E	Human Clot Junior	27.2	Seconds	28.1	-0,28

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 3 Z-score



Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%