



"Quality Assurance Program"

Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica



**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**  
**QAP-H - Hematología**

**LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL DE REFERENCIA SAS**

Correo electrónico: [calidad@centraldereferencia.com](mailto:calidad@centraldereferencia.com)

Dirección: Carrera 80 B # 35-12 Barrio Laureles Medellín

Ciudad: Medellín Antioquia

País: Colombia

Contacto: Deisy Cordoba

Teléfono: 3045770791

**IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100153**

Código de reporte: QAP-H-100153-36-3

Ronda: 36

Muestra: 3

Código de la muestra: PL0816

Tipo de muestra: Líquido- Eritrocitos humanos estabilizados

Fecha generación: 15 / mayo / 2023

Identificación Laboratorio:	100153
Ronda:	36
Muestra:	3
Código Muestra:	PL0816
Fecha reporte:	2023-05-10
Estado:	Evaluación original

## 1. TÉRMINOS GENERALES

### Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 <sup>1</sup>, ISO 14001:2015 <sup>2</sup>, ISO 45001:2018 <sup>3</sup> y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 <sup>4</sup>, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

### Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

### Subcontrataciones:



La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. y para los programas de patología anatómica con la fundación Santa Fé de Bogotá

Identificación Laboratorio:	100153
Ronda:	36
Muestra:	3
Código Muestra:	PL0816
Fecha reporte:	2023-05-10
Estado:	Evaluación original

**2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IT	NOT	Mensurando	Analizador	Método	VRL	U-LAB	M-C	U-MC	DE-C	T-C	Zs	VAL	COMP
1	☒	Ancho de distribución del eritrocito	Mindray BC-5800	Calculado	17.2	%	14,05	%	1,71	Consenso	1,84	Satisfactorio	Todos los laboratorios
2	☒	Concentración de hemoglobina corpuscular media	Mindray BC-5800	Calculado	34.4	g/dL	33,13	g/dL	1,97	Consenso	0,64	Satisfactorio	Todos los laboratorios
3	☒	Hematocrito	Mindray BC-5800	Calculado	18.6	%	38,51	%	1,87	Consenso	-10,65	No satisfactorio	Todos los laboratorios
4	☒	Hemoglobina	Mindray BC-5800	Colorimetric	6.4	g/dL	12,8	g/dL	0,3	Acumulada	-21,05	No satisfactorio	Método
5	☒	Hemoglobina corpuscular media	Mindray BC-5800	Calculado	27.2	pg/cell	28,91	pg/cell	0,73	Acumulada	-2,36	Alarma	Método
6	☒	PDW (Ancho de distribución de plaquetas)	Mindray BC-5800	Calculado	15.2	%	23,84	%	12,78	Consenso	-0,68	Satisfactorio	Todos los laboratorios
7	☒	Recuento de glóbulos blancos	Mindray BC-5800	Citometría de flujo	2.35	K/uL	8,94	K/uL	0,42	Consenso	-15,69	No satisfactorio	Todos los laboratorios
8	☒	Recuento de glóbulos rojos	Mindray BC-5800	Electrical impedance	3.58	M/uL	4,41	M/uL	0,1	Acumulada	-8,56	No satisfactorio	Método
9	☒	Recuento de plaquetas	Mindray BC-5800	Electrical impedance	60	K/uL	239,6	K/uL	15,61	Acumulada	-11,51	No satisfactorio	Método
10	☒	Volumen corpuscular medio	Mindray BC-5800	Calculado	79.2	fL	87,61	fL	4,08	Acumulada	-2,06	Alarma	Todos los laboratorios
11	☒	Volumen plaquetario medio	Mindray BC-5800	Calculado	9.0	fL	9,54	fL	0,65	Acumulada	-0,83	Satisfactorio	Todos los laboratorios

<b>IT:</b> Item	<b>NOT:</b> Notificaciones	<b>VRL:</b> Valor reportado por el laboratorio	<b>U-LAB:</b> Unidades de laboratorio	<b>U-MC:</b> Unidades Originales de la media de comparación
<b>M-C:</b> Media del grupo de comparación	<b>DE-C:</b> Desviación estándar del grupo de comparación	<b>T-C:</b> Tipo de consenso	<b>Zs:</b> Z-score	<b>VAL:</b> Valoración
				<b>COMP:</b> Comparador

<b>Satisfactorio</b> si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	<b>Alarma</b> si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	<b>No satisfactorio</b> si su resultado es mayor a 3 Z-score.	 Tardío	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	 Revalorado
---	--	--	--	---	--

Identificación Laboratorio:	100153
Ronda:	36
Muestra:	3
Código Muestra:	PL0816
Fecha reporte:	2023-05-10
Estado:	Evaluación original

**3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM**

1 Item	2 Mensurando	3 VRL	4 U-LAB	5 X <sub>pt</sub>	6 U-X <sub>pt</sub>	7 M-REF	8 D%	9 ETmp/APS	10 Límites aceptación Bajo Alto	11 Valoración
1	Hemoglobina	6.4	g/dL	10.800	g/dL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-40,74	4	10,37 11,23	No satisfactorio
2	Recuento de glóbulos rojos	3.58	M/uL	4.220	M/uL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-15,17	4	4,05 4,39	No satisfactorio
3	Recuento de plaquetas	60	K/uL	240.000	K/uL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-75	25	180 300	No satisfactorio

<b>VRL:</b> Valor reportado por el laboratorio			<b>U-X<sub>pt</sub>:</b> Unidades del valor aceptado como verdadero		
<b>U-LAB:</b> Unidades de laboratorio		<b>M-REF:</b> Método de referencia		<b>D%:</b> Diferencia porcentual %	

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X <sub>pt</sub>	No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X <sub>pt</sub>	ETmp%/APS Error Total máximo permisible * Fuente VB MIN. EFLM. FEB 2023	X <sub>pt</sub> Valor aceptado como verdadero
---	--	---	--

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X<sub>PT</sub> (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**


**Ancho de distribución del eritrocito**

**17.2 %** Mindray BC-5800

Calculado VB MIN. 5.8  
EFLM. ETmp%/APS  
FEB  
2023

1 Fuente de comparación	2 X <sub>pt</sub>	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	14,05	1,71	35	10,63 a 17,47	22,42	1,84	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	14,05	1,71	35	10,63 a 17,48	22,41	1,84	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





**Concentración de hemoglobina corpuscular media**

**34.4 g/dL** Mindray BC-5800

Calculado VB MIN. 1.9  
EFLM. ETmp%/APS  
FEB  
2023

1 Fuente de comparación	2 X <sub>pt</sub>	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	33,13	1,97	35	29,19 a 37,07	3,83	0,64	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	33,13	1,97	35	29,19 a 37,06	3,85	0,65	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X<sub>PT</sub> (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**



**Hematocrito**

**18.6 %** Mindray BC-5800

Calculado CLIA 4 ETmp%/APS 2022

1 Fuente de comparación	2 X <sub>pt</sub>	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	38,51	1,87	34	34,77 a 42,25	-51,7	-10,65	No satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	38,62	1,87	32	34,87 a 42,36	-51,83	-10,7	No satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





**Hemoglobina**

**6.4 g/dL** Mindray BC-5800

Colorimetric CLIA 4 ETmp%/APS 2022

1 Fuente de comparación	2 X <sub>pt</sub>	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	10.800	N/A	N/A	N/A	-40,74	N/A	No satisfactorio
Media de comparación internacional	12,8	0,3	1172	12,19 a 13,41	-50	-21,05	No satisfactorio
Todos los participantes de QAP	12,69	0,38	34	11,93 a 13,45	-49,56	-16,6	No satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	12,87	0,39	6	12,09 a 13,64	-50,26	-16,66	No satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Identificación Laboratorio:	100153
Ronda:	36
Muestra:	3
Código Muestra:	PL0816
Fecha reporte:	2023-05-10
Estado:	Evaluación original

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X<sub>PT</sub> (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**



**Hemoglobina corpuscular media**

**27.2 pg/cell** Mindray BC-5800

Calculado VB MIN. 2.7  
EFLM. ETmp%/APS  
FEB  
2023

1 Fuente de comparación	2 X <sub>pt</sub>	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	28,91	0,73	923	27,46 a 30,36	-5,91	-2,36	Alarma
Todos los participantes de QAP	28,58	1,21	35	26,17 a 30,99	-4,83	-1,14	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	28,58	1,21	35	26,17 a 30,99	-4,83	-1,14	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





**PDW (Ancho de distribución de plaquetas)**

**15.2 %** Mindray BC-5800

Calculado VB MIN. 9.5  
EFLM. ETmp%/APS  
FEB  
2023

1 Fuente de comparación	2 X <sub>pt</sub>	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	23,84	12,78	7	-1,72 a 49,4	-36,24	-0,68	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	23,84	12,78	7	-1,73 a 49,41	-36,25	-0,68	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON  $X_{PT}$  (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Recuento de glóbulos blancos

2.35 K/uL Mindray BC-5800 Citometría de flujo CLIA 2022 10 ETmp%/APS

1 Fuente de comparación	2 $X_{pt}$	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	8,94	0,42	33	8,1 a 9,78	-73,71	-15,69	No satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	5,23	4,07	2	-2,91 a 13,36	-55,02	-0,71	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Recuento de glóbulos rojos

3.58 M/uL Mindray BC-5800 Electrical impedance CLIA 2022 4 ETmp%/APS

1 Fuente de comparación	2 $X_{pt}$	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	4.220	N/A	N/A	N/A	-15,17	N/A	No satisfactorio
Media de comparación internacional	4,41	0,1	1252	4,22 a 4,6	-18,82	-8,56	No satisfactorio
Todos los participantes de QAP	4,46	0,16	34	4,14 a 4,79	-19,81	-5,41	No satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	4,47	0,16	31	4,15 a 4,79	-19,92	-5,54	No satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM







**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X<sub>PT</sub> (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Recuento de plaquetas**

**60 K/uL** Mindray BC-5800 Electrical impedance CLIA 2022 ETmp%/APS 25

1 Fuente de comparación	2 X <sub>pt</sub>	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	240.000	N/A	N/A	N/A	-75	N/A	No satisfactorio
Media de comparación internacional	239,6	15,61	1326	208,38 a 270,82	-74,96	-11,51	No satisfactorio
Todos los participantes de QAP	238,47	17,19	34	204,08 a 272,86	-74,84	-10,38	No satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	240,58	14,29	31	212 a 269,16	-75,06	-12,64	No satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





**Volumen corpuscular medio**

**79.2 fL** Mindray BC-5800 Calculado VB MIN. 2.4  
EFLM. ETmp%/APS  
FEB  
2023

1 Fuente de comparación	2 X <sub>pt</sub>	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	87,61	4,08	1205	79,45 a 95,77	-9,6	-2,06	Alarma
Todos los participantes de QAP	86,49	3,86	35	78,77 a 94,2	-8,43	-1,89	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	86,61	4,87	16	76,87 a 96,35	-8,56	-1,52	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON  $X_{PT}$  (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**



**Volumen plaquetario medio**

**9.0 fL** Mindray BC-5800

Calculado VB MIN. 5.6  
EFLM. ETmp%/APS  
FEB  
2023

1 Fuente de comparación	2 $X_{pt}$	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	9,54	0,65	612	8,24 a 10,84	-5,66	-0,83	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	9,36	1,74	34	5,89 a 12,83	-3,86	-0,21	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	9,57	0,6	15	8,37 a 10,77	-5,99	-0,95	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Identificación Laboratorio:	100153
Ronda:	36
Muestra:	3
Código Muestra:	PL0816
Fecha reporte:	2023-05-10
Estado:	Evaluación original

**5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ancho de distribución del eritrocito	Mindray BC-5800	Calculado		No declarado		No trazable
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	Mindray BC-5800	Calculado		No declarado		No trazable
3	Hematocrito	Mindray BC-5800	Calculado		No declarado		No trazable
4	Hemoglobina	Mindray BC-5800	Colorimetric	110 38	No declarado	130	No trazable
5	Hemoglobina corpuscular media	Mindray BC-5800	Calculado		No declarado		No trazable
6	PDW (Ancho de distribución de plaquetas)	Mindray BC-5800	Calculado		No declarado		No trazable
7	Recuento de glóbulos blancos	Mindray BC-5800	Citometría de flujo		No declarado		No trazable
8	Recuento de glóbulos rojos	Mindray BC-5800	Electrical impedance	111	No declarado	131	No trazable
9	Recuento de plaquetas	Mindray BC-5800	Electrical impedance	112	No declarado	132	No trazable
10	Volumen corpuscular medio	Mindray BC-5800	Calculado		No declarado		No trazable
11	Volumen plaquetario medio	Mindray BC-5800	Calculado		No declarado		No trazable

Nomenclatura método




**110:** Spectrophotometry **38:** Spectroscopy after reaction with KCN **111:** Flow cytometry, cell differentiation by impedance or light scattering, coincidence correction by dilution series JCTLM DB identifier C16RMP1 **112:** Flow cytometry cell differentiation by fluorescence detection of antibody stained platelets and light scattering coincidence correction by dilution series JCTLM DB identifier C3RMMP35

Nomenclatura materiales

**130:** Lyophilized fresh or frozen whole blood **131:** Fresh or stabilized whole blood **132:** Fresh whole blood

**6. RESUMEN DE RONDA**


Ítem	Mensurando	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Muestra 4		
		DIF% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	DIF% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	DIF% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	DIF% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP
1	Ancho de distribución del eritrocito	N/A	N/A	1,17	N/A	N/A	0,19	N/A	N/A	1,84			
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	N/A	N/A	-1,6	N/A	N/A	-2,44	N/A	N/A	0,64			
3	Hematocrito	N/A	N/A	2,14	N/A	N/A	1,89	N/A	N/A	-10,65			
4	Hemoglobina	1,59	N/A	0,5	5,66	N/A	1,07	-40,74	-21,05	-16,6			
5	Hemoglobina corpuscular media	N/A	N/A	-1,33	N/A	N/A	-2,81	N/A	-2,36	-1,14			
6	PDW (Ancho de distribución de plaquetas)	N/A	N/A	0,71	N/A	N/A	-0,96	N/A	N/A	-0,68			
7	Recuento de glóbulos blancos	N/A	N/A	-0,24	N/A	N/A	1,61	N/A	N/A	-15,69			
8	Recuento de glóbulos rojos	N/A	N/A	2	4,33	N/A	0,77	-15,17	-8,56	-5,41			
9	Recuento de plaquetas	N/A	1,2	1,13	11,71	N/A	1,58	-75	-11,51	-10,38			
10	Volumen corpuscular medio	N/A	N/A	1,33	N/A	N/A	1,32	N/A	-2,06	-1,89			
11	Volumen plaquetario medio	N/A	N/A	-0,84	N/A	N/A	0,02	N/A	-0,83	-0,21			
<b>Notificaciones</b>		0 0 0 0			0 0 0 0			11 0 0 0			0 0 0 0		

$X_{pt}$ - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	$X_{pt}$ - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	<b>Satisfactorio</b> si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	<b>Alarma</b> si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	<b>No satisfactorio</b> si su resultado es mayor a 3 Z-score.	<b>N/A</b> No aplica	 Tardío	 Ausente	 Revalorado
---	---	---	--	--	----------------------	--	---	--

Identificación Laboratorio:	100153
Ronda:	36
Muestra:	3
Código Muestra:	PL0816
Fecha reporte:	2023-05-10
Estado:	Evaluación original

**7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA**

**7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 3 MUESTRAS**



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

*W3 Yannel González A.*

**Aprobado por:**  
**Especialista de aplicaciones**  
**Programas QAP**