

Reporte subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-U Uroanálisis  
Código de muestra: QR0923  
Ronda: 46  
Muestra: 4  
Octubre 2024  
Ciudad: Bogotá, Cali, Medellín

100232 - Christus Sinergia sede Central Procesamiento Cali  
100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín  
100234 - Christus Sinergia sede Satélite Clínica Farallones  
100235 - Christus Sinergia sede Satélite Clínica Palma Real  
100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102  
100238 - Christus Sinergia sede Manila Medellín

**1. Resumen**


It	# Laboratorio	Sede	Analitos evaluados	Satisfactorios	No satisfactorios
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	15	15	0
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	13	13	0
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	13	11	2
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	13	13	0
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	14	14	0
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	13	11	2

**Analito: Bilirrubina**

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	4 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	4 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	4 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	4 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	4 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	4 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

**Analito:** Cetonas

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	160 mg/dL o ++++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	160 mg/dL o ++++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	160 mg/dL o ++++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	160 mg/dL o ++++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	40 mg/dL o ++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	40 mg/dL o ++	2+ hasta 4+	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

**Analito: Glucosa**

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	1000 mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	1000 mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1000 mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1000 mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1000 mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	1000 mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

**Analito:** Gravedad específica

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	1.025	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	1.025	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1.015	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1.010	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1.010	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	1.010	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

**Analito:** Leucocito esterasa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	500 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	500 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	500 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	500 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	500 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	500 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

**Analito: Nitrito**

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Positivo	Positivo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Positivo	Positivo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Positivo	Positivo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Positivo	Positivo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Positivo	Positivo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Positivo	Positivo	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0




**Analito:** pH

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	7.0	6.0 hasta 8.0	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	7.0	6.0 hasta 8.0	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	7.0	6.0 hasta 8.0	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	7.0	6.0 hasta 8.0	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	7.0	6.0 hasta 8.0	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	7.0	6.0 hasta 8.0	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

**Analito: Proteínas**

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	3+	2+ hasta 4+	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	300mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	300mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	300mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	100mg/dL o ++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	300mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

**Analito: Sangre**

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	+++	3+ hasta 5+	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	+++	3+ hasta 5+	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	+++	3+ hasta 5+	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	+++	3+ hasta 5+	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

**Analito:** Urobilinógeno

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	8 mg / dL	4 hasta 12 mg/dL	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	8 mg / dL	4 hasta 12 mg/dL	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	12 mg/dL	4 hasta 12 mg/dL	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	12 mg/dL	4 hasta 12 mg/dL	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	12 mg/dL	4 hasta 12 mg/dL	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	12 mg/dL	4 hasta 12 mg/dL	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

**Analito:** hCG urinaria cualitativa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Manual	Roche Cobas U411	Positivo	Positivo	Satisfactorio
2	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Positivo	Positivo	Satisfactorio
3	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Manual	Roche Cobas U411	Positivo	Positivo	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
3	0


**2. INFORME ANÁLISIS MICROSCÓPICO/SEDIMENTO URINARIO**

**Analito:** Claridad

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	Limpio	Limpio	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
1	0

**Analito:** Color

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	Marrón	Marrón	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
1	0

**Analito:** Cristales

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	Presentes	Presentes	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Microscópico	Microscópico	Presentes	Presentes	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Microscópico	Microscópico	Presentes	Presentes	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Microscópico	Microscópico	Presentes	Presentes	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Microscópico	Microscópico	Presentes	Presentes	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Microscópico	Microscópico	Presentes	Presentes	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0




**Analito:** Recuento de Leucocitos

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	21 hasta 30	5 hasta 50	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Microscópico	Microscópico	11 hasta 15	5 hasta 50	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	5 hasta 50	No satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Microscópico	Microscópico	16 hasta 20	5 hasta 50	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Microscópico	Microscópico	11 hasta 15	5 hasta 50	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	5 hasta 50	No satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
4	2

**Analito:** Recuento de Rojos

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	26 o más	25 mayor que 100	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Microscópico	Microscópico	26 o más	25 mayor que 100	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Microscópico	Microscópico	16 hasta 20	25 mayor que 100	No satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Microscópico	Microscópico	26 o más	25 mayor que 100	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Microscópico	Microscópico	26 o más	25 mayor que 100	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Microscópico	Microscópico	21 hasta 25	25 mayor que 100	No satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
4	2