



INFORME DE FIN DE RONDA  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-C Coagulación  
Ronda 41  
2022-10-28 - 2023-08-25

### **100198 Confilab IPS SAS**

E-mail: fh.serna@hotmail.com  
Dirección: Carrera 42 # 5c-57 - Cali  
Ciudad: Cali Valle del Cauca  
País: Colombia  
Contacto: Francia Serna  
Teléfono: 3146206914

### Tiempo de protombina PT (Seconds)

Analizador: WONDFO OCG - 102 | Generación vitros: N/A

Metodología: FOTOMECANICO | Reactivo: KIT(CLOTTING) | Material: No declarado


V.A.V

Material	1	2	3	4	5	6
Muestra	HS2785 [M1]	HS2494 [M2]	HS2856 [M3]	HS8679 [M6]	HS8654 [M4]	HS8678 [M5]
Valor reportado por el laboratorio	23.9	32.5	10.8	12.4	22.4	36.0
Evaluación con media de comparación	34.32	44.42	12.41	11.88	31.35	42.01
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	37.63	44.42	12.41	12.4	26.03	41.91
Participantes QAP misma metodología	23.9	32.5	10.8	12.4	22.4	36.0


Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

### Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación




Evaluación JCTLM



Evaluación consenso QAP



Evaluación consenso QAP misma metodología



### Tiempo parcial de tromboplastina tisular PTT (Seconds)

Analizador: WONDFO OCG - 102 | Generación vitros: N/A

Metodología: FOTOMECANICO | Reactivo: KIT(CLOTTING) | Material: No declarado


V.A.V

Material	1	2	3	4	5	6
Muestra	HS2785 [M1]	HS2494 [M2]	HS2856 [M3]	HS8679 [M6]	HS8654 [M4]	HS8678 [M5]
Valor reportado por el laboratorio	120	120	16.2	26.8	53.5	28.6
Evaluación con media de comparación	63.01	79.22	27.08	29.49	63.68	86.35
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	64.76	74.3	27.28	26.8	54.6	71.09
Participantes QAP misma metodología	120	120	16.2	26.8	53.5	28.6

Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

#### Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación



Evaluación JCTLM



Evaluación consenso QAP



Evaluación consenso QAP misma metodología

