

Microarreglo 3 para Receptores de estrógenos    Código: PCM-014-RE    Fecha de generación: 2021-04-24 07:51    Laboratorio: 200102 - Clínica del occidente



Muestras	Muestras									
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Puntaje	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1
CDO-005	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1

Interpretación con base a positividad (% de carcinoma con tinción nuclear)    Concordante    No concordante

**Convenciones para diagnósticos**

[1] > 50%    [2] Sin tinción    [3] 11% - 50%

Resultados intralaboratorio Predictivo de cáncer de mama		
COD. Patólogo	Concordantes	No concordantes
CDO-005	10	0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Porcentaje de concordancia en el diagnóstico



■ Concordantes    ■ No concordantes

Microarreglo 3 para Receptores de progestágenos Código: PCM-014-RP

Fecha de generación: 2021-04-24 07:51

Laboratorio: 200102 - Clínica del occidente



Muestras	Muestras									
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Puntaje	1	1	2	1	3	1	2	1	2	1
CDO-005	1	1	4	1	3	1	2	1	2	1

Interpretación con base a positividad (% de carcinoma con tinción nuclear)


Concordante No concordante

Convenciones para diagnósticos

[1] > 50% [2] Sin tinción [3] 1% - 10% [4]

Resultados intralaboratorio Predictivo de cáncer de mama		
COD. Patólogo	Concordantes	No concordantes
CDO-005	10	0
Total	10	0

Porcentaje de concordancia en el diagnóstico



Concordantes No concordantes

Microarreglo 3 para HER2

Código: PCM-014-HER2

Fecha de generación: 2021-04-24 07:51

Laboratorio: 200102 - Clinica del occidente



Muestras	Muestras									
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Puntaje	1	2	3	2	1	1	2	2	2	1
CDO-005	1	2	3	2	1	1	2	1	2	4

Interpretación con base a positividad (puntaje)


Concordante No concordante

Convenciones para diagnósticos

[1] Grado 1+ [2] Grado 0 [3] Grado 3+ [4] Grado 2+

Resultados intralaboratorio Predictivo de cáncer de mama		
COD. Patólogo	Concordantes	No concordantes
CDO-005	9	1
Total	9	1

Porcentaje de concordancia en el diagnóstico



- Final del reporte -  
Página 3 de 3

Aida Porras, MSc PhD -  
Coordinadora  
Programas QAP.

Firmado digitalmente por Aida Porras, MSc PhD -  
Coordinadora Programas QAP.  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Aida Porras,  
MSc PhD - Coordinadora Programas QAP, o=Quik  
S.A.S., ou=email:aida.porras@quik.com.co, c=CO  
Fecha: 2021.04.24 14:08:30 -05'00'

Aprobado por:  
Aida Porras, MSc, PhD  
Coordinadora Programas QAP PAT