



QAP-Uroanalysis

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP-U - Uroanálisis

CHRISTUS SINERGIA SEDE LAB CENTRAL PROCESAMIENTO CALI

Correo electrónico: angelica.pardo@christus.co
Dirección: Calle 9 #32A-16 Piso 3
Ciudad: Cali Valle del Cauca
País: Colombia
Contacto: Angelica Paola Pardo
Teléfono: 3105241863

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100232

Código de reporte: QAP-U-100232-46-1
Ronda: 46
Muestra: 1
Código de la muestra: QR0920
Tipo de muestra: Líquido -Orina humana
Fecha generación: 12 / abril / 2024



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-U - Uroanálisis

Identificación Laboratorio:	100232
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-01
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. y para los programas de patología anatómica con la fundación Santa Fé de Bogotá



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-U - Uroanálisis

Identificación Laboratorio:	100232
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-01
Estado:	Evaluación original

2. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

2.1. INFORME FÍSICO QUÍMICO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificaciones	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
1		Bilirrubina	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
2		Cetonas	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
3		Glucosa	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	Normal	Normal	Satisfactorio	
4		Gravedad específica	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	1010 hasta 1020	1005 hasta 1025	Satisfactorio	
5		Leucocito Esterasa	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
11		Nitrito	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
12		pH	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	6.0 hasta 6.5	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio	
13		Proteínas	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
14		Sangre	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
15		Urobilinógeno	Roche Cobas 6000 (c501)	Tira Reactiva	Negativo	Normal*	Satisfactorio	

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.	Resultado tardío	Resultado ausente	Resultado revalorado
--	---	------------------	-------------------	----------------------

Puntaje	10 / 10
% Concordanca	100%



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-U - Uroanálisis

Identificación Laboratorio:	100232
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-01
Estado:	Evaluación original

2. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

2.2. INFORME ANÁLISIS MICROSCÓPICO/SEDIMENTO URINARIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificaciones	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
6		Microscopia: Claridad	Microscópico	Microscópico	Limpio	Limpio	Satisfactorio	
7		Microscopia: Color	Microscópico	Microscópico	Amarilla clara - Amarilla	Amarilla clara - Amarilla	Satisfactorio	
8		Microscopia: Cristales	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio	
9		Microscopia: Recuento de Leucocitos	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio	
10		Microscopia: Recuento de rojos	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio	

Puntaje	5 / 5
% Concordancia	100%

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.		<input checked="" type="checkbox"/>	
		Resultado tardío	Resultado ausente	Resultado revalorado






**Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-U - Uroanálisis**

Identificación Laboratorio:	100232
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-01
Estado:	Evaluación original

3. RESUMEN DE RONDA

Item	Mensurando	% de concordancia	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Muestra 4	Muestra 5	Muestra 6
1	Bilirrubina	100%	Negativo					
2	Cetonas	100%	Negativo					
3	Glucosa	100%	Normal					
4	Gravedad específica	100%	1010 hasta 1020					
5	Leucocito Esterasa	100%	Negativo					
6	Microscopia: Claridad	100%	Limpio					
7	Microscopia: Color	100%	Amarilla clara - Amarilla Ausente					
8	Microscopia: Cristales	100%	5					
9	Microscopia: Recuento de Leucocitos	100%	0 hasta 5					
10	Microscopia: Recuento de rojos	100%	0 hasta 5					
11	Nitrito	100%	Negativo					
12	pH	100%	6.0 hasta 6.5					
13	Proteínas	100%	Negativo					
14	Sangre	100%	Negativo					
15	Urobilinógeno	100%	Negativo					



Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.	 Resultado tardío	 Resultado ausente	 Resultado revalorado
--	---	---	--	---



**Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-U - Uroanálisis**

Identificación Laboratorio:	100232
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-01
Estado:	Evaluación original

4. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

Maria Paula Mora C.

**Aprobado por:
Especialista de aplicaciones
Programas QAP**