



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-MC-Marcadores Cardiacos
Código de muestra: CP1301
Ronda: 1
Muestra: 1
Abril 2024
Ciudad : Aguachica Cesar, Apartadó Antioquia, Arauca, Armenia Quindío,

- 100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali
- 100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
- 100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones
- 100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real
- 100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102
- 100238 - Christus Sinergia sede Manila


A handwritten signature in black ink that reads "Maria Paula Mora C." with a period at the end.

Analito : CK-MB Actividad

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2024	ABRIL	Roche Cobas 6000 (c501)	20.5	U/L	22.240	-1,06

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : NT?proBNP


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2024	ABRIL	Roche Cobas e411	288.4	pg/mL	262.000	2,42

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 3 Z-score



Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	1	0	1
Porcentaje	0%	100%	0%	100%

Analito : Troponina T

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2024	ABRIL	Roche Cobas e411	256.6	pg/mL	222.700	2,09
2	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2024	ABRIL	Roche Cobas e411	252.5	pg/mL	222.700	1,84

Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 5 Z-score



Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	1	0	2
Porcentaje	50%	50%	0%	100%