



QAP-Química Clínica

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP-Q - Química sanguínea

CHRISTUS SINERGIA SEDE BOGOTÁ TORRE 102

Correo electrónico: angelica.pardo@christus.co
Dirección: Calle 102 No 14A 70 Torre 102 Piso 1- mezanine -
piso 2
Ciudad: Bogotá Distrito Capital
País: Colombia
Contacto: Angelica Paola Pardo
Teléfono: 3105241863

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100237

Código de reporte: QAP-Q-100237-54-4
Ronda: 54
Muestra: 4
Código de la muestra: CF2604
Tipo de muestra: Liofilizado -Suero humano
Fecha generación: 16 / octubre / 2024



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc.



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IT	NOT	Mensurando	Analizador	Método	VRL	U-LAB	M-C	U-MC	DE-C	T-C	Zs	VAL	COMP
1		Acido Úrico	Roche Cobas c111	Uricase, colorimetric	10.1	mg/dL	9,63	mg/dL	0,37	Acumulada	1,27	Satisfactorio	Par
2		ALT (ALAT/GPT)	Roche Cobas c111	UV without P5P	96.41	U/L	99,32	U/L	7,56	Acumulada	-0,38	Satisfactorio	Método
3		Amilasa	Roche Cobas c111	G7 PNP, Blocked	385	U/L	390,7	U/L	14,29	Acumulada	-0,4	Satisfactorio	Método
4		AST (ASAT/GOT)	Roche Cobas c111	UV without P5P	204.91	U/L	204,8	U/L	19,49	Acumulada	0,01	Satisfactorio	Método
5		Bilirrubina Directa	Roche Cobas c111	Diazotización	1.811	mg/dL	1,83	mg/dL	0,13	Inserto	-0,15	Satisfactorio	Par
6		Bilirrubina Total	Roche Cobas c111	Diazonium Ion, Blanked (Roche)	4.155	mg/dL	3,92	mg/dL	0,18	Acumulada	1,32	Satisfactorio	Par
7		Colesterol HDL	Roche Cobas c111	Direct Enzymatic Colorimetric	23.66	mg/dL	25,69	mg/dL	3,07	Acumulada	-0,66	Satisfactorio	Método
8		Colesterol LDL	Roche Cobas c111	Direct measure	59.08	mg/dL	53,48	mg/dL	4,34	Acumulada	1,29	Satisfactorio	Método
9		Colesterol Total	Roche Cobas c111	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase	91.11	mg/dL	92,95	mg/dL	4,94	Mensual	-0,37	Satisfactorio	Método
10		Creatinina	Roche Cobas c111	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized	5.34	mg/dL	5,38	mg/dL	0,14	Acumulada	-0,29	Satisfactorio	Método
11		Gamma glutamiltransferasa (GGT)	Roche Cobas c111	G-Glutamin- Carboxy - Nitroanilida IFCC - Ref. proc., Calibrado	139	U/L	127,1	U/L	6,46	Acumulada	1,84	Satisfactorio	Método
12		Glucosa	Roche Cobas c111	Hexokinase	289.72	mg/dL	289,2	mg/dL	6,22	Acumulada	0,08	Satisfactorio	Par
13		Nitrógeno Uréico	Roche Cobas c111	Urease, UV	43.52	mg/dL	44,46	mg/dL	4,34	Acumulada	-0,22	Satisfactorio	Método
14		Triglicéridos	Roche Cobas c111	Enzymatic, end point	83.44	mg/dL	83,68	mg/dL	5,93	Acumulada	-0,04	Satisfactorio	Método

IT: Item	NOT: Notificaciones	VRL: Valor reportado por el laboratorio	U-LAB: Unidades de laboratorio	U-MC: Unidades Originales de la media de comparación
M-C: Media del grupo de comparación	DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación	T-C: Tipo de consenso	Zs: Z-score	VAL: Valoración
				COMP: Comparador

Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	Tardío	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	Revalorado
---	--	--	--------	---	------------



**Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea**

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original

3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Mensurando	VRL	U-LAB	X_{pt}	$U-X_{pt}$	M-REF	D%	ETmp/APS	Límites aceptación Bajo Alto	Valoración

VRL: Valor reportado por el laboratorio				U-Xpt: Unidades del valor aceptado como verdadero						
U-LAB: Unidades de laboratorio			M-REF: Método de referencia				D% Diferencia porcentual %			

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X_{pt}			No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X_{pt}				ETmp%/APS Error Total máximo permisible * Fuente CLIA 2022		X_{pt} Valor aceptado como verdadero	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Ácido Úrico

10.1 mg/dL Roche Cobas c111 Uricase, colorimetric CLIA 2022 10% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	9,63	0,37	674	8,89 a 10,37	4,88	1,27	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	9,1	0,67	28	7,77 a 10,43	11,02	1,51	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	9,39	0,28	15	8,84 a 9,94	7,55	2,57	Alarma

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





ALT (ALAT/GPT)

96.41 U/L Roche Cobas c111 UV without P5P CLIA 2022 15% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	99,32	7,56	14747	84,2 a 114,44	-2,93	-0,38	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	95,32	3,91	34	87,5 a 103,15	1,14	0,28	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	95,48	3,86	33	87,77 a 103,2	0,97	0,24	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Bilirrubina Directa **1.811 mg/dL** Roche Cobas c111 Diazotización - - % APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de inserto	1,83	0,13	N/A	1,57 a 2,09	-1,04	-0,15	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para comparación misma metodología y todos los participantes QAP.



(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Bilirrubina Total **4.155 mg/dL** Roche Cobas c111 Diazonium Ion, Blanked (Roche) CLIA 2022 20% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	3,92	0,18	694	3,56 a 4,28	5,99	1,32	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	4,14	0,34	23	3,47 a 4,81	0,34	0,04	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	4,04	0,25	13	3,55 a 4,53	2,85	0,47	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea



Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Colesterol HDL **23.66 mg/dL** Roche Cobas c111 Direct Enzymatic Colorimetric CLIA 2022 20% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	25,69	3,07	1873	19,55 a 31,83	-7,9	-0,66	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	2%	%\$*	&&	19,78 a 24,03	8,02	1,65	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	21,9	1,06	22	19,78 a 24,03	8,02	1,65	Satisfactorio



(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Colesterol LDL **59.08 mg/dL** Roche Cobas c111 Direct measure CLIA 2022 20% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	53,48	4,34	10449	44,8 a 62,16	10,47	1,29	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	53,25	2,98	13	47,29 a 59,21	10,95	1,96	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	53,88	3,04	10	47,79 a 59,96	9,66	1,71	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Colesterol Total

91.11 mg/dL Roche Cobas c111 Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase CLIA 2022 10% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	92,95	4,94	10450	83,07 a 102,83	-1,98	-0,37	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	90,26	2,89	34	84.48 a 96.04	0,94	0,29	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	90,26	2,89	34	84.48 a 96.04	0,94	0,29	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Creatinina

5.34 mg/dL Roche Cobas c111 Enzymatic IFCC-IDMS Standardized CLIA 2022 10% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	5,38	0,14	7103	5,1 a 5,66	-0,74	-0,29	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	5,22	0,16	40	4,9 a 5,54	2,26	0,74	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	5,23	0,14	30	4,95 a 5,51	2,08	0,77	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Gamma glutamiltransferasa (GGT)

139 U/L Roche Cobas c111 G-Glutamin- Carboxy - Nitroanilida IFFC - Ref, proc., Calibrado CLIA 2022 15% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	127,1	6,46	10415	114,18 a 140,02	9,36	1,84	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	12, ,+	9,*((%-.(+ a 1(. .S'	+,- *	%0*	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	128,75	9,64	4	109.47 a 148.03	7,96	1,06	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Glucosa

289.72 mg/dL Roche Cobas c111 Hexokinase CLIA 2022 8% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	289,2	6,22	869	276,76 a 301,64	0,18	0,08	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	280,94	12,28	44	256.38 a 305.5	3,12	0,71	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	286,13	5,2	29	275.72 a 296.54	1,25	0,69	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea



Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Nitrógeno Uréico **43.52 mg/dL** Roche Cobas c111 Urease, UV CLIA 2022 9% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	44,46	4,34	15205	35,78 a 53,14	-2,11	-0,22	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	42,63	2,51	38	37,61 a 47,65	2,09	0,36	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	42,64	2,28	33	38,08 a 47,19	2,08	0,39	Satisfactorio



(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Triglicéridos **83.44 mg/dL** Roche Cobas c111 Enzymatic, end point CLIA 2022 15% APS

1 Fuente de comparación	2 X _{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	83,68	5,93	28069	71,82 a 95,54	-0,29	-0,04	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	80,04	5,82	41	68,41 a 91,68	4,24	0,58	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	80,53	4,96	32	70,61 a 90,45	3,61	0,59	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original

5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ácido Úrico	Roche Cobas c111	Uricase, colorimetric		No declarado		No trazable
2	ALT (ALAT/GPT)	Roche Cobas c111	UV without P5P		No declarado	134	No trazable
3	Amilasa	Roche Cobas c111	G7 PNP, Blocked		No declarado		No trazable
4	AST (ASAT/GOT)	Roche Cobas c111	UV without P5P		No declarado	135	No trazable
5	Bilirrubina Directa	Roche Cobas c111	Diazotización		No declarado		No trazable
6	Bilirrubina Total	Roche Cobas c111	Diazonium Ion, Blanked (Roche)		No declarado		No trazable
7	Colesterol HDL	Roche Cobas c111	Direct Enzymatic Colorimetric		No declarado	137	No trazable
8	Colesterol LDL	Roche Cobas c111	Direct measure		No declarado	138	No trazable
9	Colesterol Total	Roche Cobas c111	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase		No declarado	139	No trazable
10	Creatinina	Roche Cobas c111	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized		No declarado		No trazable
11	Gamma glutamiltransferasa (GGT)	Roche Cobas c111	G-Glutamin- Carboxy - Nitroanilida IFCC - Ref, proc., Calibrado		No declarado	141	No trazable
12	Glucosa	Roche Cobas c111	Hexokinase		No declarado	142	No trazable
13	Nitrógeno Uréico	Roche Cobas c111	Urease, UV		No declarado		No trazable
14	Triglicéridos	Roche Cobas c111	Enzymatic, end point		No declarado		No trazable

Nomenclatura método

Nomenclatura materiales

134: ERM-AD454k/IFCC **135:** ERM-AD457/IFCC **137:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **138:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **139:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **141:** ERM-AD452/IFCC **142:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3007A




Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100237
Ronda:	54
Muestra:	4
Código Muestra:	CF2604
Fecha reporte:	2024-10-05
Estado:	Evaluación original

6. RESUMEN DE RONDA



Ítem	Mensurando	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Muestra 4			Muestra 5			Muestra 6		
		Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP
1	Ácido Úrico	N/A	0,31	-0,3	N/A	1,27	1,66	N/A	0,31	-0,15	N/A	1,27	1,51						
2	ALT (ALAT/GPT)	N/A	-0,45	-1,32	N/A	-0,06	1,25	N/A	2,22	0,73	N/A	-0,38	0,28						
3	Amilasa	N/A	0,12	0,88	N/A	0,65	0,71	N/A	1,4	0,9	N/A	-0,4	-0,74						
4	AST (ASAT/GOT)	N/A	0,58	-0,96	N/A	-0,26	-0,43	N/A	0,42	-0,96	N/A	0,01	-0						
5	Bilirrubina Directa	N/A	0,95	-0,19	N/A	-0,49	N/A	N/A	2,3	0,99	N/A	-0,15	N/A						
6	Bilirrubina Total	N/A	0,24	-0,44	N/A	1,25	-0,36	N/A	0,52	-0,22	N/A	1,32	0,04						
7	Colesterol HDL	N/A	-0,91	-0,21	N/A	-0,72	1,23	N/A	-1,78	-0,46	N/A	-0,66	1,65						
8	Colesterol LDL	N/A	-0,18	0,13	N/A	0,99	1,55	N/A	0,49	0,58	N/A	1,29	1,96						
9	Colesterol Total	N/A	1,62	0,48	N/A	-0,34	0,62	N/A	1,87	0,75	N/A	-0,37	0,29						
10	Creatinina	N/A	-0,89	-0,65	N/A	0,58	1,32	N/A	-0,51	-0,31	N/A	-0,29	0,74						
11	Gamma glutamiltransferasa (GGT)	N/A	1,28	0,23	N/A	0,76	0,71	N/A	1,28	0,38	N/A	1,84	1,06						
12	Glucosa	N/A	1,04	1,2	N/A	0,98	1,21	N/A	0,45	0,58	N/A	0,08	0,71						
13	Nitrógeno Uréico	N/A	1,09	1,3	N/A	0,29	1,41	N/A	0,5	0,14	N/A	-0,22	0,36						
14	Triglicéridos	N/A	0,6	0,59	N/A	0,39	1,13	N/A	0,49	0,52	N/A	-0,04	0,58						
Notificaciones		🕒 0 📧 0 📝 0			🕒 0 📧 0 📝 0			🕒 0 📧 0 📝 0			🕒 0 📧 0 📝 0			🕒 0 📧 0 📝 0			🕒 0 📧 0 📝 0		

X_{pt} - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	X_{pt} - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	N/A No aplica	🕒 Tardío	📧 Ausente	📝 Revalorado
---	---	---	--	--	----------------------	----------	-----------	--------------

	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea	Identificación Laboratorio:	100237
		Ronda:	54
		Muestra:	4
		Código Muestra:	CF2604
		Fecha reporte:	2024-10-05
		Estado:	Evaluación original

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 4 MUESTRAS

EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN 			EVALUACIÓN CON RL-MMT-JCTLM.		EVALUACIÓN PARTICIPANTES QAP 		
Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio	Satisfactorio	No satisfactorio	Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
54	2	0	0	0	54	0	0
96,43%	3,57%	0%	0%	0%	100%	0%	0%

Observaciones: Desempeño satisfactorio para la muestra reportada	Revisado por: Fecha:
---	---

-- Final de reporte --

Aprobado por:
Coordinador QAP
Programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co