

Caso clínico: Caso clínico 1 Código: P1IHQSET-C1 Fecha de generación: 2021-07-14 02:46 Laboratorio: 200104 - Oncólogos del Occidente



-	Patrón de tinción				Intensidad de tinción				% de células positivas				-
	CD20	CD10	BCL6	MUM1	CD20	CD10	BCL6	MUM1	CD20	CD10	BCL6	MUM1	
Resultados	1	2	3	3	4	2	5	5	6	7	8	9	10
ODO-003	11	2	3	3	4	2	5	5	6	7	8	9	10
ODO-007	1	2	3	3	4	2	5	5	6	7	9	6	10


Interpretación Concordante No concordante

Convenciones para diagnósticos

[1] Citoplasmático [2] Ausente [3] Nuclear [4] Fuerte [5] Moderada [6] 76% - 100% [7] Negativo [8] 26% - 50% [9] 51% - 75% [10] Linfoma B difuso de célula grande, fenotipo no centro germinal [11] Membranoso

Resultados intralaboratorio - Inmunohistoquímica				
Patrón de tinción	CD20	CD10	BCL6	MUM1
Nuclear	0	0	7	7
Citoplasmático	3	1	0	0
Membranoso	4	1	0	0
Perinuclear/en gota	0	0	0	0
Ausente	0	5	0	0
Otro	0	0	0	0
Intensidad de tinción	CD20	CD10	BCL6	MUM1
Débil	0	1	0	0
Moderada	0	0	5	3
Fuerte	7	0	2	4
Ausente	0	6	0	0
Porcentaje de células positivas	CD20	CD10	BCL6	MUM1
Negativo	0	5	0	0
1% - 25%	0	1	0	0
26% - 50%	0	1	4	0
51% - 75%	0	0	3	3
76% - 100%	7	0	0	4

Porcentaje de concordancia en el diagnóstico



Caso clínico: Caso clínico 2 Código: P1IHQSET-C2 Fecha de generación: 2021-07-14 02:46 Laboratorio: 200104 - Oncólogos del Occidente



-	Patrón de tinción	Intensidad de tinción	% de células positivas	-
Marcador	Calretinina	Calretinina	Calretinina	Valoración diagnóstica de referencia
Resultados	1	3	4	5
	2			
ODO-003	1	3	4	5
ODO-007	6	3	4	5


Interpretación Concordante No concordante

Convenciones para diagnósticos

[1] Nuclear [2] Citoplasmático [3] Fuerte [4] 76% - 100% [5] Hiperplasia mesotelial florida [6] Otro

Resultados intralaboratorio - Inmunohistoquímica	
Patrón de tinción	Calretinina
Nuclear	2
Citoplasmático	2
Membranoso	0
Perinuclear/en gota	0
Ausente	0
Otro	3
Intensidad de tinción	Calretinina
Débil	0
Moderada	0
Fuerte	7
Ausente	0
Porcentaje de células positivas	Calretinina
Negativo	0
1% - 25%	2
26% - 50%	0
51% - 75%	0
76% - 100%	5

Porcentaje de concordancia en el diagnóstico



Caso clínico: Caso clínico 3 Código: P1IHQSET-C3 Fecha de generación: 2021-07-14 02:46 Laboratorio: 200104 - Oncólogos del Occidente



-	Patrón de tinción				Intensidad de tinción				% de células positivas				-
	S100	AE1/AE3	HMB45	CD45	S100	AE1/AE3	HMB45	CD45	S100	AE1/AE3	HMB45	CD45	
Resultados	1	3	2	3	4	3	4	3	5	6	7	6	8
	2												
ODO-003	1	3	9	3	4	3	4	3	5	6	7	6	8
ODO-007	10	3	9	3	4	3	4	3	5	6	5	6	8


Interpretación Concordante No concordante

Convenciones para diagnósticos

[1] Nuclear [2] Citoplasmático [3] Ausente [4] Fuerte [5] 76% - 100% [6] Negativo [7] 51% - 75% [8] Compromiso por melanoma maligno [9] Membranoso [10] Otro

Resultados intralaboratorio - Inmunohistoquímica				
Patrón de tinción	S100	AE1/AE3	HMB45	CD45
Nuclear	5	0	0	0
Citoplasmático	1	1	5	0
Membranoso	0	0	2	0
Perinuclear/en gota	0	0	0	0
Ausente	0	6	0	7
Otro	1	0	0	0
Intensidad de tinción	S100	AE1/AE3	HMB45	CD45
Débil	0	0	0	0
Moderada	0	0	2	0
Fuerte	7	0	5	0
Ausente	0	7	0	7
Porcentaje de células positivas	S100	AE1/AE3	HMB45	CD45
Negativo	0	7	0	7
1% - 25%	0	0	0	0
26% - 50%	0	0	0	0
51% - 75%	0	0	3	0
76% - 100%	7	0	4	0

Porcentaje de concordancia en el diagnóstico



Caso clínico: Caso clínico 4 Código: P1IHQSET-C4 Fecha de generación: 2021-07-14 02:46 Laboratorio: 200104 - Oncólogos del Occidente



-	Patrón de tinción				Intensidad de tinción				% de células positivas				-
	CD117	OCT3/4	AE1/AE3	CD30	CD117	OCT3/4	AE1/AE3	CD30	CD117	OCT3/4	AE1/AE3	CD30	
Resultados	1	2	3	3	4	4	3	3	5	5	6	6	7
ODO-003	8	2	3	3	4	9	3	3	5	5	6	6	7
ODO-007	8	2	3	3	4	4	3	3	5	5	6	6	7


Interpretación Concordante No concordante

Convenciones para diagnósticos

[1] Citoplasmático [2] Nuclear [3] Ausente [4] Fuerte [5] 76% - 100% [6] Negativo [7] Seminoma [8] Membranoso [9] Moderada

Resultados intralaboratorio - Inmunohistoquímica				
Patrón de tinción	CD117	OCT3/4	AE1/AE3	CD30
Nuclear	0	7	0	0
Citoplasmático	1	0	0	0
Membranoso	6	0	0	1
Perinuclear/en gota	0	0	0	0
Ausente	0	0	7	6
Otro	0	0	0	0
Intensidad de tinción	CD117	OCT3/4	AE1/AE3	CD30
Débil	0	0	0	0
Moderada	1	1	0	0
Fuerte	6	6	0	1
Ausente	0	0	7	6
Porcentaje de células positivas	CD117	OCT3/4	AE1/AE3	CD30
Negativo	0	0	7	6
1% - 25%	0	0	0	1
26% - 50%	1	0	0	0
51% - 75%	0	0	0	0
76% - 100%	6	7	0	0

Porcentaje de concordancia en el diagnóstico



- Final del reporte -
Página 4 de 4

Aida Porras. MSc. PhD
Coordinadora Programas QAP PAT
Digitally signed by Aida Porras. MSc. PhD
Coordinadora Programas QAP PAT
Date: 2021.07.15 20:15:23 -05'00'

Aprobado por:
Aída Porras. MSc. PhD
Coordinadora Programas QAP PAT