



Reporte subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP- POCT Infecciosas Split sample
Código de muestra: MR005
Ronda: 3
Muestra: 1
Diciembre 2024

100256 - SIES Medellín
100257 – SIES Neiva
100258 – SIES Pasto
100259 – SIES Pereira
100260 – SIES Pitalito
100261 – SIES Popayán
100262 – SIES Santa Marta
100263 – SIES Tunja
100264 – SIES Villavicencio
100265 – SIES Valledupar
100266 – SIES Yopal
100267 – SIES Unidad Móvil

1. Resumen


Item	Número de laboratorio	Sede	Analitos evaluados	Desempeño satisfactorio	Porcentaje de satisfactorio %
1	100256	SIES Medellín	4	4 de 4	100
2	100257	SIES Neiva	4	4 de 4	100
3	100258	SIES Pasto	4	4 de 4	100
4	100259	SIES Pereira	4	4 de 4	100
5	100260	SIES Pitalito	4	4 de 4	100
6	100261	SIES Popayán	4	4 de 4	100
7	100262	SIES Santa Marta	4	4 de 4	100
8	100263	SIES Tunja	4	4 de 4	100
9	100264	SIES Villavicencio	4	4 de 4	100
10	100265	SIES Valledupar	4	4 de 4	100
11	100266	SIES Yopal	4	4 de 4	100
12	100267	SIES Unidad Móvil	4	4 de 4	100

Analito: HbsAg

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100256	SIES Medellín	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
2	100257	SIES Neiva	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
3	100258	SIES Pasto	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
4	100259	SIES Pereira	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
5	100260	SIES Pitalito	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
6	100261	SIES Popayán	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
7	100262	SIES Santa Marta	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
8	100263	SIES Tunja	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
9	100264	SIES Villavicencio	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
10	100265	SIES Valledupar	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
11	100266	SIES Yopal	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
12	100267	SIES Unidad Móvil	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
12	0

Analito: HCV

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100256	SIES Medellín	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
2	100257	SIES Neiva	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
3	100258	SIES Pasto	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
4	100259	SIES Pereira	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
5	100260	SIES Pitalito	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
6	100261	SIES Popayán	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
7	100262	SIES Santa Marta	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
8	100263	SIES Tunja	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
9	100264	SIES Villavicencio	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
10	100265	SIES Valledupar	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
11	100266	SIES Yopal	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
12	100267	SIES Unidad Móvil	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
12	0

Analito: HIV

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100256	SIES Medellín	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
2	100257	SIES Neiva	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
3	100258	SIES Pasto	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
4	100259	SIES Pereira	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
5	100260	SIES Pitalito	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
6	100261	SIES Popayán	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
7	100262	SIES Santa Marta	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
8	100263	SIES Tunja	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
9	100264	SIES Villavicencio	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
10	100265	SIES Valledupar	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
11	100266	SIES Yopal	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
12	100267	SIES Unidad Móvil	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
12	0

Analito: Sífilis prueba treponémica

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100256	SIES Medellín	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
2	100257	SIES Neiva	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
3	100258	SIES Pasto	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
4	100259	SIES Pereira	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
5	100260	SIES Pitalito	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
6	100261	SIES Popayán	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
7	100262	SIES Santa Marta	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
8	100263	SIES Tunja	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
9	100264	SIES Villavicencio	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
10	100265	SIES Valledupar	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
11	100266	SIES Yopal	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
12	100267	SIES Unidad Móvil	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
12	0

Observaciones	Revisado por:
	Fecha

- Final del reporte -

Aprobado por:
Coordinador programas QAP

Datos del coordinador
María Paula Mora Gamboa
maría.mora@quik.com.co
3174399931