

Informe Subgrupo QAP
Programa de asesoramiento de la calidad
QAP-U Uroanálisis

Agosto 2024

Página 1 de 17

Reporte subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-U Uroanálisis
Código de muestra: QR0922
Ronda: 46
Muestra: 3
Agosto 2024
Ciudad: Bogotá, Cali, Medellín

100232 - Christus Sinergia sede Central Procesamiento Cali
100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
100234 - Christus Sinergia sede Satélite Clínica Farallones
100235 - Christus Sinergia sede Satélite Clínica Palma Real
100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102
100238 - Christus Sinergia sede Manila Medellín

1. Resumen

It	# Laboratorio	Sede	Analitos evaluados	Satisfactorios	No satisfactorios
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	15	15	0
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	13	13	0
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	13	11	2
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	9	9	0
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	14	14	0
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	10	10	0


2. Informe Físico Químico

Analito: Bilirrubina

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

Analito: Cetonas

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

Analito: Glucosa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
5	0

Analito: Gravedad específica

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	1.015	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	1.015	1.008 hasta 1.019	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1.020	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1.015	1.005 hasta 1.020	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1.015	1.005 hasta 1.020	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	1.020	1.000 hasta 1.020	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

Analito: Leucocito esterasa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

Analito: Nitrito

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

Analito: pH

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	6.0	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	6.0	5.0 hasta 6.5	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	6.0	5.0 hasta 6.5	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	6.0	5.0 hasta 6.5	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	6.0	5.0 hasta 6.5	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	6.0	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

Analito: Proteínas

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
6	0

Analito: Sangre

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Urobilinógeno

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	0.2 mg/dL	0.2 mg/dL	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	0.2 mg/dL*	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	0.2 mg/dL	0.2 mg/dL	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	0.2 mg/dL	0.2 mg/dL	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	N/A	N/A	N/A

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
4	0


Analito: hCG

hCG urinaria cualitativa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Manual	Roche Cobas U411	Positivo	Negativo	No satisfactorio
2	100235	Christus Sinergia sede Lab Satellite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Manual	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
2	1


2. INFORME ANÁLISIS MICROSCÓPICO/SEDIMENTO URINARIO

Analito: Claridad

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	Limpio	Limpio	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
1	0

Analito: Color

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	Amarilla clara - Amarilla	Amarilla clara - Amarilla	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
1	0

Analito: Cristales

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Microscópico	Microscópico	Presentes	Ausentes	No satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
5	1

Analito: Recuento de Leucocitos

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Microscópico	Microscópico	N/A	N/A	N/A
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Microscópico	Microscópico	N/A	N/A	N/A

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Recuento de Rojos

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Microscópico	Microscópico	4 hasta 10	0 hasta 5	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Microscópico	Microscópico	N/A	N/A	N/A
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Microscópico	Microscópico	N/A	N/A	N/A

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
4	0