



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-DD-D-Dímero
Código de muestra: DE2504
Ronda: 1
Muestra: 4
Noviembre 2024
Ciudad : Cali Valle del Cauca


100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones
100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real

Analito : Dímero


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	0.15	ug/mL	0.295	-1,88
2	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas c311	0.20	ug/mL	0.295	-1,23

Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%