



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-Hb-Hemoglobina
Código de muestra: DI3607
Ronda: 4
Muestra: 1
Abril, Mayo 2024
Ciudad : Bogotá Distrito Capital, Medellín Antioquia, Cali Valle del Cauca


100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali
100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones
100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real
100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102
100238 - Christus Sinergia sede Manila

Maria Paula Mora C.

Analito : Hemoglobina A1C

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2024	ABRIL	Roche Cobas 6000 (c501)	5.20	%	5.130	0,36
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2024	MAYO	Roche Cobas 6000 (c501)	5.28	%	5.130	0,76
3	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	2024	MAYO	Roche Cobas c111	5.32	%	5.130	0,96

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	3	0	0	3
Porcentaje	100%	0%	0%	100%