



Reporte Subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-DD-D-Dímero  
Código de muestra: DE2503  
Ronda: 1  
Muestra: 3  
Septiembre 2024  
Ciudad : Cali Valle del Cauca


**100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones**  
**100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real**

**Analito :** Dímero


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Farallones	2024	SEPTIEMBR E	Roche Cobas 6000 (c501)	1.38	ug/mL	1.740	-1,81
2	100235	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Palma Real	2024	SEPTIEMBR E	Roche Cobas c311	1.58	ug/mL	1.740	-0,8

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%