



"Quality Assurance Program"

Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

INFORME DE FIN DE RONDA  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-Hb Hemoglobina  
Ronda 2  
2023-12-22 - 2024-11-01  
Código Reporte: QAP-Hb 100222-2

**100222 Laboratorio Clínico Maria Eugenia Tamayo SAS ZOMAC**

E-mail: analisisclinico01@yahoo.com  
Dirección: CALLE EL PALO # 48-57  
Ciudad: Segovia - Antioquia  
País: Colombia  
Contacto: Maria Eugenia Tamayo  
Teléfono: 3113078340

## Hemoglobina A1C (%)

Analizador: Finecare | Generación vitros: N/A

Metodología: Enzimoinmunoensayo (EIA) | Reactivo: Finecare | Material: No declarado


V.A.V

Material	1			2			
	Muestra	DI3605 [M1]	DI3606 [M2]	DI3607 [M3]	DI3608 [M4]	DI3609 [M5]	DI3610 [M6]
Valor reportado por el laboratorio		5.1	9.4	5.4	9.60	5.7	9.8
Evaluación con media de comparación		5.04	9.93	5.04	9.93	5.06	9.93
JCTLM		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP		5.1	9.3	5.26	9.69	5.22	9.77
Participantes QAP misma metodología		5.1	9.3	5.45	9.42	5.5	N/A


Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

### Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación




Evaluación JCTLM



Evaluación consenso QAP



Evaluación consenso QAP misma metodología



<b>Observaciones:</b>	<b>Revisado por:</b>
	<b>Fecha:</b>

-- Final de reporte --

**Aprobado por:**  
**Coordinador QAP**  
**Programas QAP**

**Coordinador QAP:**  
**María Paula Mora Gamboa**  
**Correo: maria.mora@quik.com.co**