



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Reporte Subgrupo Programa de aseguramiento de la calidad QAP-H-Hematología

Código de muestra: DS1223

Ronda: 43 Muestra: 3

Noviembre 2024

Ciudad : Cali Valle del Cauca

100207 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede Versalles

100208 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede CC Carrera

100210 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede Tequendama

100211 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede Palmira

100236 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede Av Sexta







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 2 de 12

Analito: Ancho de distribución del eritrocito

ΙΤ	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	14.9	%	14.75	0,42
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	14.9	%	14.75	0,42
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	15.1	%	14.75	0,97
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	14.3	%	14.75	-1,25
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	15.0	%	14.75	0,69
		Av Sexta							

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





Resultado	Δ	Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total	
Valoración Z-score por sede	5	0	0	5	
Porcentaje	100%	0%	0%	100%	







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 3 de 12

Analito : Concentración de hemoglobina corpuscular media

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	30.3	g/dL	31.62	-0,68
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	29.6	g/dL	31.62	-1,04
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	29.1	g/dL	31.62	-1,29
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	30.2	g/dL	31.62	-0,73
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	32.1	g/dL	31.62	0,25
		Av Sexta							

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





■ Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	5	0	0	5
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 4 de 12

Analito: Hematocrito

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	55.0	%	52.92	0,71
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	54.2	%	52.92	0,44
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	57.6	%	52.92	1,6
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	55.6	%	52.92	0,92
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	54.8	%	52.92	0,64
		Av Sexta							

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





■ Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	5	0	0	5
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 5 de 12

Analito: Hemoglobina

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	16.7	g/dL	16.8	-0,22
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	16.0	g/dL	16.8	-1,74
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	16.8	g/dL	16.8	0
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	16.8	g/dL	16.8	0
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	17.6	g/dL	16.8	1,74
		Av Sexta							

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





Resultado	Δ	Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	5	0	0	5
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 6 de 12

Analito: Hemoglobina corpuscular media

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	29.5	pg/cell	30.7	-0,77
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	28.9	pg/cell	30.7	-1,15
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	28.6	pg/cell	30.7	-1,35
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	30.3	pg/cell	30.7	-0,26
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	31.7	pg/cell	30.7	0,64
		Av Sexta							

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio		
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score		





Resultado	Δ	Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	5	0	0	5
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 7 de 12

Analito: PDW (Ancho de distribución de plaquetas)

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	14.7	fL	14.76	-0,29
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	14.6	fL	14.76	-0,76
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	14.8	fL	14.76	0,19
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	14.6	fL	14.76	-0,76
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	15.1	fL	14.76	1,62
		Av Sexta							

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





Resultado	Δ	Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	5	0	0	5
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 8 de 12

Analito: Recuento de glóbulos blancos

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	22.1	K/uL	22.58	-0,43
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	22.5	K/uL	22.58	-0,07
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	25.0	K/uL	22.58	2,18
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	23.2	K/uL	22.58	0,56
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	24.0	K/uL	22.58	1,28
		Av Sexta							

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio		
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score		





valor entre +/- 2		entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	4	1	0	5
Porcentaje	80%	20%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 9 de 12

Analito: Recuento de glóbulos rojos

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	5.66	M/uL	5.46	0,91
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	5.56	M/uL	5.46	0,45
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	5.86	M/uL	5.46	1,82
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	5.55	M/uL	5.46	0,41
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	5.55	M/uL	5.46	0,41
		Av Sexta							

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





Resultado	Δ	Media de comparación

valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	5	0	0	5
Porcentaje	100%	0%	0%	100%






CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 10 de 12

Analito: Recuento de plaquetas

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	703	K/uL	675.76	0,43
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	661	K/uL	675.76	-0,23
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	740	K/uL	675.76	1,01
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	691	K/uL	675.76	0,24
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	708	K/uL	675.76	0,51
		Av Sexta							

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





Resultado	Δ	Media de comparación

valor entre +/- 2		entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	5	0	0	5
Porcentaje	100%	0%	0%	100%





CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 11 de 12

Analito: Volumen corpuscular medio


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede Versalles	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	97.3	fL	97.05	0,16
		versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	97.5	fL	97.05	0,29
		СС Саггега							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	98.3	fL	97.05	0,82
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	100.2	fL	97.05	2,06
		Palmira							
5	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	100.2	fL	97.05	2,06
		Palmira							
6	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	98.7	fL	97.05	1,08
		Av Sexta							

Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score


Alarma

No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score
Si su resultado esta entre +/- 3 Z-score
Si su resultado esta entre +/- 3 Z-score





Gráfica 20 Resultado VS Media de comparación



■ Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	4	2	0	6
Porcentaje	66,67%	33,33%	0%	100%






CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 12 de 12

Analito: Volumen plaquetario medio

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100207	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	13.5	fL	12.75	0,67
		Versalles							
2	100208	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	13.6	fL	12.75	0,76
		CC Carrera							
3	100210	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	12.3	fL	12.75	-0,4
		Tequendama							
4	100211	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-20S	14.8	fL	12.75	1,83
		Palmira							
5	100236	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Cali sede	2024	NOVIEMBRE	Mindray BC-10S	12.5	fL	12.75	-0,22
		Av Sexta							

Satisfactorio		Alarma	No satisfactorio	
	Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score	



Resultado	Δ	Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	5	0	0	5
Porcentaje	100%	0%	0%	100%