



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Reporte Subgrupo Programa de aseguramiento de la calidad QAP-I-Inmunoensayo

Código de muestra: PB8002

Ronda: 46 Muestra: 2

Julio 2024

Ciudad : Bogotá Distrito Capital

100206 - SIES Salud 100221 - SIES Salud RA







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 2 de 17

Analito: 25-Hydroxy Vitamin D (Total)

ı	IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
	1	100221	SIES Salud RA	2024	JULIO	Abbott Alinity I	22.29	ng/mL	22.950	-0,46

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
		110 00010
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 3 de 17

Analito: AFP

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	98.27	ng/mL	94.840	1,08

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 4 de 17

Analito: Anti-TPO

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100221	SIES Salud RA	2024	JULIO	Abbott Alinity I	32.74	UI/mL	31.930	0,29

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 5 de 17

Analito: CEA

Н	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	20.3	ng/mL	20.350	-0,06

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 6 de 17

Analito: Cortisol

ı	IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
	1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	15.1	ug/dL	14.680	0,68

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
		110 00010
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 7 de 17

Analito: Estradiol

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100221	SIES Salud RA	2024	JULIO	Abbott Alinity I	161.7	pg/mL	165.000	-0,41

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 8 de 17

Analito: Ferritina

ľ	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	301.4	ng/mL	277.200	1,65

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
		110 00010
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total	
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1	
Porcentaje	100%	0%	0%	100%	







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 9 de 17

Analito: Folato

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	11.8	ng/mL	11.920	-0,11

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 10 de 17

Analito: Insulina

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100221	SIES Salud RA	2024	JULIO	Abbott Alinity I	48.79	uUI/mL	50.170	-1,05

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 11 de 17

Analito: Prolactina

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	21.6	ng/mL	21.540	0,08

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 12 de 17

Analito: PSA libre

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	2.3	ng/mL	2.360	-0,41

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
		110 00010
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 13 de 17

Analito: PSA total

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	2.99	ng/mL	2.950	0,22
2	100221	SIES Salud RA	2024	JULIO	Abbott Alinity I	3.20	ng/mL	2.950	1,37

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 14 de 17

Analito: PTH

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	159.6	pg/mL	163.900	-0,3
2	100221	SIES Salud RA	2024	JULIO	Abbott Alinity I	169.7	pg/mL	163.900	0,4

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 15 de 17

Analito: T4 libre

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100221	SIES Salud RA	2024	JULIO	Abbott Alinity I	1.87	ng/dL	1.890	-0,18

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 16 de 17

Analito: TSH

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	4.34	uUI/mL	4.480	-0,64
2	100221	SIES Salud RA	2024	JULIO	Abbott Alinity I	4.25	uUI/mL	4.480	-1,05

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 17 de 17

Analito: Vitamina B12

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	JULIO	Abbott Alinity I	505	pg/mL	610.900	-2,66

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	7	110 0001010
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	1	0	1
Porcentaje	0%	100%	0%	100%