

Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-Q Química Sanguínea
Código de muestra: AB5046
Julio 2022

100107 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín
100108 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.
100170 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo
100172 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Palace
100173 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Junin
100174 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Patio Bonito
100175 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Itagui
100180 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Héroes
100181 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Teusaquillo
100182 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Funza
100183 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Puente Aranda


Analito : ALT (ALAT/GPT)

IT	# laboratorio	Ciudad	año	mes	ronda	muestra	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100107	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	26.8	U/L	25.820	0.64
2	100108	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	26.7	U/L	24.180	1.64
3	100170	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	23.4	U/L	24.180	-0.51
4	100180	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	26	U/L	24.180	1.18
5	100181	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	25.0	U/L	24.180	0.53
6	100182	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	24.7	U/L	24.180	0.34
7	100183	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	27.6	U/L	24.180	2.22


100107 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín Medellín Antioquia. 100108 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago. Bogotá Distrito Capital. 100170 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo Bogotá Distrito Capital. 100180 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes Bogotá Distrito Capital. 100181 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo Bogotá Distrito Capital. 100182 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza Bogotá Distrito Capital. 100183 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda Bogotá Distrito Capital.

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Puntos	6	1	0	7
Porcentaje	85.71%	14.29%	0%	100%


Analito : AST (ASAT/GOT)

IT	# laboratorio	Ciudad	año	mes	ronda	muestra	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100107	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	41.9	U/L	38.500	2.06
2	100108	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	38.5	U/L	37.130	0.74
3	100170	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	37.1	U/L	37.130	-0.02
4	100180	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	41	U/L	37.130	2.09
5	100181	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	38.0	U/L	37.130	0.47
6	100182	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	39.1	U/L	37.130	1.06
7	100183	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	38.0	U/L	37.130	0.47


100107 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín Medellín Antioquia. 100108 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago. Bogotá Distrito Capital. 100170 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo Bogotá Distrito Capital. 100180 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes Bogotá Distrito Capital. 100181 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo Bogotá Distrito Capital. 100182 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza Bogotá Distrito Capital. 100183 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda Bogotá Distrito Capital.

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 4 Z-score



Gráfica 5 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Puntos	5	2	0	7
Porcentaje	71.43%	28.57%	0%	100%


Análito : Colesterol HDL

IT	# laboratorio	Ciudad	año	mes	ronda	muestra	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100107	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	59	mg/dL	58.760	0.1
2	100108	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	59.5	mg/dL	59.100	0.15
3	100170	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	52.57	mg/dL	59.100	-2.42
4	100172	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	59.3	mg/dL	58.760	0.23
5	100173	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	58.19	mg/dL	59.100	-0.34
6	100174	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	57.66	mg/dL	59.100	-0.53
7	100175	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	61.7	mg/dL	59.100	0.96
8	100180	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	57.26	mg/dL	59.100	-0.68
9	100181	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	59.82	mg/dL	59.100	0.27
10	100182	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	57.87	mg/dL	59.100	-0.46
11	100183	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	61.77	mg/dL	59.100	0.99


100107 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín Medellín Antioquia. 100108 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago. Bogotá Distrito Capital. 100170 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo Bogotá Distrito Capital. 100172 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace Medellín Antioquia. 100173 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin Medellín Antioquia. 100174 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito Medellín Antioquia. 100175 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí Medellín Antioquia. 100180 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes Bogotá Distrito Capital. 100181 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo Bogotá Distrito Capital. 100182 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza Bogotá Distrito Capital. 100183 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda Bogotá Distrito Capital.

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 7 Z-score



Gráfica 8 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Puntos	10	1	0	11
Porcentaje	90.91%	9.09%	0%	100%


Analito : Colesterol Total

IT	# laboratorio	Ciudad	año	mes	ronda	muestra	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100107	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	273.7	mg/dL	254.900	3.1
2	100108	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	251.4	mg/dL	254.400	-0.41
3	100170	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	249.79	mg/dL	254.400	-0.63
4	100172	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	273.2	mg/dL	254.900	3.02
5	100173	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	257.45	mg/dL	254.400	0.42
6	100174	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	262.78	mg/dL	254.400	1.15
7	100175	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	261.5	mg/dL	254.400	0.97
8	100180	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	244.2	mg/dL	254.400	-1.4
9	100181	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	252.8	mg/dL	254.400	-0.22
10	100182	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	249.19	mg/dL	254.400	-0.71
11	100183	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	256.17	mg/dL	254.400	0.24


100107 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín Medellín Antioquia. 100108 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago. Bogotá Distrito Capital. 100170 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo Bogotá Distrito Capital. 100172 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace Medellín Antioquia. 100173 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin Medellín Antioquia. 100174 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito Medellín Antioquia. 100175 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí Medellín Antioquia. 100180 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes Bogotá Distrito Capital. 100181 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo Bogotá Distrito Capital. 100182 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza Bogotá Distrito Capital. 100183 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda Bogotá Distrito Capital.

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 10 Z-score



Gráfica 11 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Puntos	9	0	2	11
Porcentaje	81.82%	0%	18.18%	100%


Analito : Colinesterasa

IT	# laboratorio	Ciudad	año	mes	ronda	muestra	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100107	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	7166	U/L	7251.000	-0.48

100107 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín Medellín Antioquia.

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 13 Z-score



Gráfica 14 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Puntos	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%


Análito : Creatinina

IT	# laboratorio	Ciudad	año	mes	ronda	muestra	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100107	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	1.92	mg/dL	1.860	1.2
2	100108	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	1.65	mg/dL	1.800	-1.63
3	100170	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	1.07	mg/dL	1.800	-7.93
4	100172	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	1.90	mg/dL	1.760	1.23
5	100173	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	1.83	mg/dL	1.760	0.61
6	100174	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	1.81	mg/dL	1.760	0.44
7	100175	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	1.8	mg/dL	1.760	0.35
8	100180	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	1.69	mg/dL	1.800	-1.2
9	100181	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	1.79	mg/dL	1.800	-0.11
10	100182	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	1.750	mg/dL	1.800	-0.54
11	100183	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	1.77	mg/dL	1.800	-0.33


100107 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín Medellín Antioquia. 100108 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago. Bogotá Distrito Capital. 100170 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo Bogotá Distrito Capital. 100172 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace Medellín Antioquia. 100173 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin Medellín Antioquia. 100174 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito Medellín Antioquia. 100175 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagui Medellín Antioquia. 100180 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes Bogotá Distrito Capital. 100181 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo Bogotá Distrito Capital. 100182 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza Bogotá Distrito Capital. 100183 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda Bogotá Distrito Capital.

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 16 Z-score



Gráfica 17 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Puntos	10	0	1	11
Porcentaje	90.91%	0%	9.09%	100%


Analito : Glucosa

IT	# laboratorio	Ciudad	año	mes	ronda	muestra	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100107	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	78	mg/dL	80.970	-1.34
2	100108	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	80.5	mg/dL	81.150	-0.24
3	100170	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	75.6	mg/dL	81.150	-2.01
4	100172	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	78.4	mg/dL	80.970	-1.16
5	100173	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	78.87	mg/dL	81.150	-0.83
6	100174	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	78.64	mg/dL	81.150	-0.91
7	100175	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	79.6	mg/dL	81.150	-0.56
8	100180	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	80	mg/dL	81.150	-0.42
9	100181	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	80.72	mg/dL	81.150	-0.16
10	100182	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	80.03	mg/dL	81.150	-0.41
11	100183	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	79	mg/dL	81.150	-0.78


100107 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín Medellín Antioquia. 100108 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago. Bogotá Distrito Capital. 100170 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo Bogotá Distrito Capital. 100172 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace Medellín Antioquia. 100173 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin Medellín Antioquia. 100174 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito Medellín Antioquia. 100175 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí Medellín Antioquia. 100180 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes Bogotá Distrito Capital. 100181 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo Bogotá Distrito Capital. 100182 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza Bogotá Distrito Capital. 100183 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda Bogotá Distrito Capital.

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado está entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 19 Z-score



Gráfica 20 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Puntos	10	1	0	11
Porcentaje	90.91%	9.09%	0%	100%


Analito : Triglicéridos

IT	# laboratorio	Ciudad	año	mes	ronda	muestra	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100107	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	190.5	mg/dL	185.700	0.61
2	100108	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	187.8	mg/dL	185.700	0.26
3	100170	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	177.30	mg/dL	185.700	-1.06
4	100172	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c311	191.2	mg/dL	188.800	0.5
5	100173	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	187.92	mg/dL	189.200	-0.14
6	100174	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	192.42	mg/dL	185.700	0.85
7	100175	Medellín Antioquia	2022	JULIO	40	AB5046 MX5	Roche Cobas c111	189.2	mg/dL	185.700	0.44
8	100180	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	182	mg/dL	185.700	-0.47
9	100181	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	189.62	mg/dL	185.700	0.49
10	100182	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	185.44	mg/dL	185.700	-0.03
11	100183	Bogotá Distrito Capital	2022	JULIO	41	AB5046 MX4	Roche Cobas c111	186.48	mg/dL	185.700	0.1


100107 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín Medellín Antioquia. 100108 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago. Bogotá Distrito Capital. 100170 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo Bogotá Distrito Capital. 100172 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace Medellín Antioquia. 100173 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin Medellín Antioquia. 100174 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito Medellín Antioquia. 100175 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí Medellín Antioquia. 100180 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes Bogotá Distrito Capital. 100181 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo Bogotá Distrito Capital. 100182 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza Bogotá Distrito Capital. 100183 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda Bogotá Distrito Capital.

Satisfactorio Si su resultado está entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 22 Z-score



Gráfica 23 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Puntos	11	0	0	11
Porcentaje	100%	0%	0%	100%