



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Reporte Subgrupo Programa de aseguramiento de la calidad QAP-Q-Química sanguínea Código de muestra: CF2604

> Ronda: 55 Muestra: 3 Octubre 2024 Ciudad : Boyacá

100269 - E.S.E Unidad De Salud Nobsa 100270 - E.S.E Gámeza Municipio Saludable 100271 - E.S.E Centro De Salud Floresta







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 2 de 8

Analito: Ácido Úrico

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100269	E.S.E Unidad De Salud Nobsa	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	8.94	mg/dL	9.540	-1,41
2	100270	E.S.E Gámeza Municipio Saludable	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	7.63	mg/dL	9.540	-4,48
3	100271	E.S.E Centro De Salud Floresta	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	9.22	mg/dL	9.540	-0,75

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	1	3
Porcentaje	66,67%	0%	33,33%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 3 de 8

Analito: Colesterol HDL

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100269	E.S.E Unidad De Salud Nobsa	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	22.5	mg/dL	27.300	-1,41
2	100270	E.S.E Gámeza Municipio Saludable	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	16	mg/dL	27.300	-3,32
3	100271	E.S.E Centro De Salud Floresta	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	14	mg/dL	27.300	-3,91

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	2	3
Porcentaje	33,33%	0%	66,67%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 4 de 8

Analito: Colesterol Total

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100269	E.S.E Unidad De Salud Nobsa	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	76	mg/dL	92.950	-3,43
2	100270	E.S.E Gámeza Municipio Saludable	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	104.7	mg/dL	92.950	2,38
3	100271	E.S.E Centro De Salud Floresta	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	61	mg/dL	92.950	-6,47

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	1	2	3
Porcentaje	0%	33,33%	66,67%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 5 de 8

Analito: Creatinina

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100269	E.S.E Unidad De Salud Nobsa	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	5.21	mg/dL	5.240	-0,06
2	100270	E.S.E Gámeza Municipio Saludable	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	4.08	mg/dL	5.240	-2,47
3	100271	E.S.E Centro De Salud Floresta	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	4.67	mg/dL	5.240	-1,21

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	1	0	3
Porcentaje	66,67%	33,33%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 6 de 8

Analito: Glucosa

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100269	E.S.E Unidad De Salud Nobsa	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	255	mg/dL	279.400	-2,2
2	100270	E.S.E Gámeza Municipio Saludable	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	248.8	mg/dL	279.400	-2,76
3	100271	E.S.E Centro De Salud Floresta	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	266	mg/dL	279.400	-1,21

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total	
Valoración Z-score por sede	1	2	0	3	
Porcentaje	33,33%	66,67%	0%	100%	







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 7 de 8

Analito: Nitrógeno Uréico

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100269	E.S.E Unidad De Salud Nobsa	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	56.7	mg/dL	42.63	5,61
2	100270	E.S.E Gámeza Municipio Saludable	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	44.23	mg/dL	42.63	0,64
3	100271	E.S.E Centro De Salud Floresta	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	54.5	mg/dL	42.63	4,73

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	2	3
Porcentaje	33,33%	0%	66,67%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 8 de 8

Analito: Triglicéridos

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100269	E.S.E Unidad De Salud Nobsa	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	69	mg/dL	83.660	-2,48
2	100270	E.S.E Gámeza Municipio Saludable	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	71.68	mg/dL	83.660	-2,03
3	100271	E.S.E Centro De Salud Floresta	2024	OCTUBRE	BioSystems BTS-350	69	mg/dL	83.660	-2,48

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	3	0	3
Porcentaje	0%	100%	0%	100%