



"Quality Assurance Program"

Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica



[www.quik.com.co](http://www.quik.com.co)

**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**  
**QAP-H - Hematología**

**LABORATORIO CLÍNICO ANAMED LTDA.**

Correo electrónico: [laboratorio@anamed.com.co](mailto:laboratorio@anamed.com.co)

Dirección: Cra 47 # 82-76

Ciudad: Barranquilla Atlántico

País: Colombia

Contacto: Mary Acosta

Teléfono: 3106326066 / (5) 3562948

**IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100114**

Código de reporte: QAP-H-100114-30-1

Ronda: 30

Muestra: 1

Código de la muestra: RB2034

Tipo de muestra: Líquido- Eritrocitos humanos estabilizados

Fecha generación: 01 / febrero / 2021



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

**Quality Assurance Program**  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
**QAP-H - Hematología**

Identificación Laboratorio:	100114
Ronda:	30
Muestra:	1
Código Muestra:	RB2034
Fecha reporte:	2021-01-29
Estado:	Evaluación original

**1. TÉRMINOS GENERALES**

**Confidencialidad:**

Quik SAS como organización certificada ISO 27001:2013 <sup>1</sup>, y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 <sup>2</sup>, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

(1) Sistema de gestión de la seguridad de la información y en cumplimiento con el numeral.

(2) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

**Homogeneidad y estabilidad:**

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

**Subcontrataciones:**

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS.

Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. y para los programas de patología anatómica con la fundación Santa Fé de Bogotá

Identificación Laboratorio:	100114
Ronda:	30
Muestra:	1
Código Muestra:	RB2034
Fecha reporte:	2021-01-29
Estado:	Evaluación original

**2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IT	NOT	Mensurando	Analizador	Método	VRL	U-LAB	M-C	U-MC	DE-C	T-C	Zs	VAL	COMP
1		Ancho de distribución del eritrocito	Celliac Alfa	Calculado	16.1	%	13,8	%	2,22	Consenso	1,04	Satisfactorio	Todos los laboratorios
2		Concentración de hemoglobina corpuscular media	Celliac Alfa	Calculado	33.4	g/dL	33,54	g/dL	1,29	Acumulada	-0,11	Satisfactorio	Método
3		Hematocrito	Celliac Alfa	Calculado	38.0	%	39,33	%	1,99	Acumulada	-0,67	Satisfactorio	Método
4		Hemoglobina	Celliac Alfa	Photometric	12.7	g/dL	13,56	g/dL	0,22	Acumulada	-4	No satisfactorio	Método
5		Hemoglobina corpuscular media	Celliac Alfa	Calculado	28.9	pg/cell	29,2	pg/cell	0,78	Acumulada	-0,38	Satisfactorio	Método
6		Recuento de glóbulos blancos	Celliac Alfa	Electrical impedance	8.1	K/uL	8,34	K/uL	1,15	Acumulada	-0,21	Satisfactorio	Método
7		Recuento de glóbulos rojos	Celliac Alfa	Electrical impedance	4.39	M/uL	4,51	M/uL	0,15	Acumulada	-0,81	Satisfactorio	Método
8		Recuento de plaquetas	Celliac Alfa	Electrical impedance	306	K/uL	218,1	K/uL	25,46	Acumulada	3,45	No satisfactorio	Método
9		Volumen corpuscular medio	Celliac Alfa	Electrical impedance	86.6	fL	87,29	fL	3,07	Acumulada	-0,22	Satisfactorio	Método
10		Volumen plaquetario medio	Celliac Alfa	Electrical impedance	8.4	fL	8,9	fL	0,65	Acumulada	-0,77	Satisfactorio	Método

<b>IT:</b> Item	<b>NOT:</b> Notificaciones	<b>VRL:</b> Valor reportado por el laboratorio	<b>U-LAB:</b> Unidades de laboratorio	<b>U-MC:</b> Unidades Originales de la media de comparación
<b>M-C:</b> Media del grupo de comparación	<b>DE-C:</b> Desviación estándar del grupo de comparación	<b>T-C:</b> Tipo de consenso	<b>Zs:</b> Z-score	<b>VAL:</b> Valoración
<b>COMP:</b> Comparador				

<b>Satisfactorio</b> si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	<b>Alarma</b> si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	<b>No satisfactorio</b> si su resultado es mayor a 3 Z-score.	<input type="checkbox"/> Tardío	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Revalorado
---	--	--	------------------------------------	--	--



**Quality Assurance Program  
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO  
QAP-H - Hematología**

Identificación Laboratorio:	100114
Ronda:	30
Muestra:	1
Código Muestra:	RB2034
Fecha reporte:	2021-01-29
Estado:	Evaluación original

**3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM**

1 Item	2 Mensurando	3 VRL	4 U-LAB	5 V.A.V.	6 U-V.A.V.	7 M-REF	8 D%	9 ETmp%	10 Límites aceptación Bajo Alto	11 Valoración
1	Hemoglobina	12.7	g/dL	15.900	g/dL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-20,13	4	15,26 16,54	No satisfactorio

<b>VRL:</b> Valor reportado por el laboratorio			<b>U-V.A.V.:</b> Unidades del valor aceptado como verdadero		
<b>U-LAB:</b> Unidades de laboratorio		<b>M-REF:</b> Método de referencia		<b>D%:</b> Diferencia porcentual %	

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V	No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V	ETmp Error Total máximo permisible * Fuente CAP	V.A.V. Valor aceptado como verdadero
--	---	---	---

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Ancho de distribución del eritrocito**

**16.1 %**


Calculado

3% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	13,8	2,22	20	9,36 a 18,24	16,67	1,04	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	13,8	2,22	20	9,36 a 18,23	16,71	1,04	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	13,8	2,22	20	9,36 a 18,23	16,71	1,04	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración



**Concentración de hemoglobina corpuscular media**

**33.4 g/dL**


Calculado

3% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	33,54	1,29	2052	30,96 a 36,12	-0,42	-0,11	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	33,44	2,19	21	29,05 a 37,83	-0,13	-0,02	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	33,44	2,19	21	29,05 a 37,83	-0,13	-0,02	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración



**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Hematocrito**

**38.0 %**


Calculado

6% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	39,33	1,99	2360	35,35 a 43,31	-3,38	-0,67	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	38,86	2,11	22	34,63 a 43,08	-2,2	-0,41	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	38,86	2,11	22	34,63 a 43,08	-2,2	-0,41	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración



**Hemoglobina**

**12.7 g/dL**


Photometric

4% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	15.900	N/A	N/A	N/A	-20,13	N/A	No satisfactorio
Media de comparación internacional	13,56	0,22	31	13,13 a 13,99	-6,34	-4	No satisfactorio
Todos los participantes de QAP	12,98	0,4	20	12,19 a 13,77	-2,16	-0,71	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	13,09	0,6	14	11,88 a 14,29	-2,95	-0,64	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración



**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Hemoglobina corpuscular media**

**28.9 pg/cell**


Calculado

3% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	29,2	0,78	2085	27,64 a 30,76	-1,03	-0,38	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	29,58	1,4	20	26,79 a 32,37	-2,3	-0,49	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	29,58	1,4	20	26,79 a 32,37	-2,3	-0,49	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración



**Recuento de glóbulos blancos**

**8.1 K/uL**


Electrical impedance

15% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	8,34	1,15	2201	6,04 a 10,64	-2,88	-0,21	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	8,41	0,53	21	7,36 a 9,47	-3,69	-0,59	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	8,34	0,44	20	7,47 a 9,21	-2,9	-0,56	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración





**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Recuento de glóbulos rojos**

**4.39 M/uL**


Electrical impedance

6% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	4,51	0,15	2438	4,21 a 4,81	-2,66	-0,81	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	4,47	0,15	19	4,16 a 4,78	-1,7	-0,49	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	4,47	0,16	18	4,16 a 4,79	-1,83	-0,52	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración



**Recuento de plaquetas**

**306 K/uL**


Electrical impedance

25% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	218,1	25,46	2325	167,18 a 269,02	40,3	3,45	No satisfactorio
Todos los participantes de QAP	212,4	17,26	20	177,87 a 246,93	44,07	5,42	No satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	211,11	16,71	19	177,69 a 244,52	44,95	5,68	No satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración





**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Volumen corpuscular medio**

**86.6 fL**


Electrical impedance

3% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	87,29	3,07	2209	81,15 a 93,43	-0,79	-0,22	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	87,63	4,36	20	78,91 a 96,34	-1,17	-0,24	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	88,31	4,15	15	80,02 a 96,61	-1,94	-0,41	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración



**Volumen plaquetario medio**

**8.4 fL**


Electrical impedance

3% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	8,9	0,65	300	7,59 a 10,21	-5,62	-0,77	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	8,69	0,55	19	7,58 a 9,8	-3,33	-0,52	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	8,84	0,48	14	7,87 a 9,8	-4,93	-0,9	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)



Gráfica Z-score vs concentración



Identificación Laboratorio:	100114
Ronda:	30
Muestra:	1
Código Muestra:	RB2034
Fecha reporte:	2021-01-29
Estado:	Evaluación original

**5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ancho de distribución del eritrocito	Celliac Alfa	Calculado		No declarado		No trazable
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	Celliac Alfa	Calculado		No declarado		No trazable
3	Hematocrito	Celliac Alfa	Calculado		No declarado		No trazable
4	Hemoglobina	Celliac Alfa	Photometric	38	No declarado		No trazable
5	Hemoglobina corpuscular media	Celliac Alfa	Calculado		No declarado		No trazable
6	Recuento de glóbulos blancos	Celliac Alfa	Electrical impedance		No declarado		No trazable
7	Recuento de glóbulos rojos	Celliac Alfa	Electrical impedance		No declarado		No trazable
8	Recuento de plaquetas	Celliac Alfa	Electrical impedance		No declarado		No trazable
9	Volumen corpuscular medio	Celliac Alfa	Electrical impedance		No declarado		No trazable
10	Volumen plaquetario medio	Celliac Alfa	Electrical impedance		No declarado		No trazable

Nomenclatura método

**38:** Spectroscopy after reaction with KCN

Nomenclatura materiales

Identificación Laboratorio:	100114
Ronda:	30
Muestra:	1
Código Muestra:	RB2034
Fecha reporte:	2021-01-29
Estado:	Evaluación original

**6. RESUMEN DE RONDA**


Ítem	Mensurando	Muestra 1		
		DIF% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP
1	Ancho de distribución del eritrocito	N/A	1,04	1,04
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	N/A	-0,11	-0,02
3	Hematocrito	N/A	-0,67	-0,41
4	Hemoglobina	-20,13	-4	-0,71
5	Hemoglobina corpuscular media	N/A	-0,38	-0,49
6	Recuento de glóbulos blancos	N/A	-0,21	-0,59
7	Recuento de glóbulos rojos	N/A	-0,81	-0,49
8	Recuento de plaquetas	N/A	3,45	5,42
9	Volumen corpuscular medio	N/A	-0,22	-0,24
10	Volumen plaquetario medio	N/A	-0,77	-0,52
<b>Notificaciones</b>		🔔 0 🗲 0 ✎ 0		

V.A.V - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	V.A.V. - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	<b>Satisfactorio</b> si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	<b>Alarma</b> si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	<b>No satisfactorio</b> si su resultado es mayor a 3 Z-score.	N/A No aplica	🔔 Tardío	🗲 Ausente	✎ Revalorado
--	---	---	--	--	---------------	----------	-----------	--------------

Identificación Laboratorio:	100114
Ronda:	30
Muestra:	1
Código Muestra:	RB2034
Fecha reporte:	2021-01-29
Estado:	Evaluación original

**7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA**

**7.1. DESEMPEÑO PARA LA MUESTRA 1**



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

**Aprobado por  
Aída Porras. MSc. PhD  
Coordinadora programas QAP**