



Reporte subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP- POCT Infecciosas  
Código de muestra: Split Sample  
Ronda: 3  
Muestra: 1  
Diciembre 2024

100245 - SIES Apartadó  
100246 – SIES Armenia  
100247 – SIES Barranquilla  
100268 – SIES Bogotá Dorado Plaza  
100248 – SIES Bucaramanga  
100249 – SIES Cali  
100250 – SIES Cartagena  
100251 – SIES Cúcuta  
100252 – SIES Florencia  
100253 – SIES Garzón  
100254 – SIES Ibagué  
100255 – SIES Manizales

## 1. Resumen


Item	Número de laboratorio	Sede	Analitos evaluados	Desempeño satisfactorio	Porcentaje de satisfactorio %
1	100245	SIES Apartadó	4	4 de 4	100
2	100246	SIES Armenia	4	4 de 4	100
3	100247	SIES Barranquilla	4	4 de 4	100
4	100268	SIES Bogotá Dorado Plaza	4	4 de 4	100
5	100248	SIES Bucaramanga	4	4 de 4	100
6	100249	SIES Cali	4	4 de 4	100
7	100250	SIES Cartagena	4	4 de 4	100
8	100251	SIES Cúcuta	4	4 de 4	100
9	100252	SIES Florencia	4	4 de 4	100
10	100253	SIES Garzón	4	4 de 4	100
11	100254	SIES Ibagué	4	4 de 4	100
12	100255	SIES Manizales	4	4 de 4	100

**Analito: HbsAg**

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100245	SIES Apartadó	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
2	100246	SIES Armenia	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
3	100247	SIES Barranquilla	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
4	100268	SIES Bogotá Dorado Plaza	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
5	100248	SIES Bucaramanga	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
6	100249	SIES Cali	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
7	100250	SIES Cartagena	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
8	100251	SIES Cúcuta	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
9	100252	SIES Florencia	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
10	100253	SIES Garzón	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
11	100254	SIES Ibagué	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
12	100255	SIES Manizales	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
12	0

**Analito:** HCV

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100245	SIES Apartadó	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
2	100246	SIES Armenia	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
3	100247	SIES Barranquilla	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
4	100268	SIES Bogotá Dorado Plaza	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
5	100248	SIES Bucaramanga	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
6	100249	SIES Cali	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
7	100250	SIES Cartagena	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
8	100251	SIES Cúcuta	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
9	100252	SIES Florencia	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
10	100253	SIES Garzón	Inmunocromatografía	Casete	N.A	N.A	N.A
11	100254	SIES Ibagué	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
12	100255	SIES Manizales	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
12	0

**Analito: HIV**

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100245	SIES Apartadó	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
2	100246	SIES Armenia	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
3	100247	SIES Barranquilla	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
4	100268	SIES Bogotá Dorado Plaza	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
5	100248	SIES Bucaramanga	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
6	100249	SIES Cali	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
7	100250	SIES Cartagena	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
8	100251	SIES Cúcuta	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
9	100252	SIES Florencia	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
10	100253	SIES Garzón	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
11	100254	SIES Ibagué	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
12	100255	SIES Manizales	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia




Satisfactorio	No satisfactorio
12	0

**Analito:** Sífilis prueba treponémica

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100245	SIES Apartadó	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
2	100246	SIES Armenia	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
3	100247	SIES Barranquilla	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
4	100268	SIES Bogotá Dorado Plaza	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
5	100248	SIES Bucaramanga	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio
6	100249	SIES Cali	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
7	100250	SIES Cartagena	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
8	100251	SIES Cúcuta	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
9	100252	SIES Florencia	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
10	100253	SIES Garzón	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
11	100254	SIES Ibagué	Inmunocromatografía	Casete	No Reactivo	No Reactivo	Satisfactorio
12	100255	SIES Manizales	Inmunocromatografía	Casete	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio

**Satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

**No satisfactorio:** El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
12	0

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte

-Aprobado por

Especialista de aplicaciones

Programas QAP