



Reporte Subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-POCT glu-QAP-POCT Glucosa  
Código de muestra: MPYG01  
Ronda: 1  
Muestra: 1  
Diciembre, Enero 2023,2024  
Ciudad : Bogotá Distrito Capital

300100 - Hospital La Victoria - POCT  
300101 - Hospital San Blas - POCT  
300102 - Hospital Materno Infantil - POCT  
300103 - Hospital Santa Clara - POCT  
300104 - Hospital Jorge Eliecer - POCT  
300105 - Hospital Diana Turbay - POCT  
300106 - Centro de Salud Chircales - POCT  
300107 - Centro de Salud Olaya - POCT  
300108 - Centro de Salud Perseverancia - POCT  
300109 - Centro de Salud Samper Mendoza - POCT


*María Paula Mora C.*

**Analito :** Glucosa POCT


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	300100	Hospital La Victoria - POCT	2023	DICIEMBRE	GlucoQuick GD50	51	mg/dL	50.370	0,1
2	300101	Hospital San Blas - POCT	2023	DICIEMBRE	GlucoQuick GD50	44	mg/dL	50.370	-0,97
3	300102	Hospital Materno Infantil - POCT	2023	DICIEMBRE	GlucoQuick GD50	45	mg/dL	50.370	-0,81
4	300103	Hospital Santa Clara - POCT	2023	DICIEMBRE	GlucoQuick GD50	55	mg/dL	50.370	0,7
5	300104	Hospital Jorge Eliecer - POCT	2023	DICIEMBRE	GlucoQuick GD50	63	mg/dL	50.370	1,91
6	300105	Hospital Diana Turbay - POCT	2023	DICIEMBRE	GlucoQuick GD50	47	mg/dL	50.370	-0,51
7	300106	Centro de Salud Chircales - POCT	2023	DICIEMBRE	GlucoQuick GD50	53	mg/dL	50.370	0,4
8	300108	Centro de Salud Perseverancia - POCT	2023	DICIEMBRE	GlucoQuick GD50	50	mg/dL	50.370	-0,06
9	300109	Centro de Salud Samper Mendoza - POCT	2023	DICIEMBRE	GlucoQuick GD50	53	mg/dL	50.370	0,4
10	300107	Centro de Salud Olaya - POCT	2024	ENERO	GlucoQuick GD50	53	mg/dL	50.370	0,4

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%