



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-DD-D-Dímero
Código de muestra: DE2502
Ronda: 1
Muestra: 2
Julio 2024

Ciudad : Bogotá Distrito Capital, Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia

100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones


100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real

Analito : Dímero


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2024	JULIO	Roche Cobas 6000 (c501)	0.39	ug/mL	0.437	-1,27
2	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2024	JULIO	Roche Cobas 6000 (c501)	0.47	ug/mL	0.437	0,89

Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%