



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Reporte Subgrupo Programa de aseguramiento de la calidad QAP-I-Inmunoensayo Código de muestra: PB8004

> Ronda: 46 Muestra: 4

Noviembre 2024

Ciudad : Bogotá Distrito Capital

100206 - SIES Salud 100221 - SIES Salud RA







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 2 de 16

Analito: 25-Hydroxy Vitamin D (Total)

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100221	SIES Salud RA	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	16.74	ng/mL	15.180	1,32

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
		110 00010
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total	
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1	
Porcentaje	100%	0%	0%	100%	







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 3 de 16

Analito: AFP

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	14.71	ng/mL	15.860	-2,02

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	1	0	1
Porcentaje	0%	100%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 4 de 16

Analito: Anti-TPO

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100221	SIES Salud RA	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	30.99	UI/mL	28.450	1,27

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total	
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1	
Porcentaje	100%	0%	0%	100%	







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 5 de 16

Analito: CEA

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	2.70	ng/mL	2.550	0,82

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	valor entre +/- 2		mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 6 de 16

Analito: Cortisol

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	2.89	ug/dL	3.170	-1,37

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje 100%		0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 7 de 16

Analito: Estradiol

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	89.9	pg/mL	88.890	0,14

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 8 de 16

Analito: Ferritina

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	93.51	ng/mL	83.480	2,48

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	1	0	1
Porcentaje	0%	100%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 9 de 16

Analito: Folato

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	4.21	ng/mL	4.830	-1,06

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje 100%		0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 10 de 16

Analito: Prolactina

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	8.22	ng/mL	8.030	0,57

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio		
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score		





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede 1		0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 11 de 16

Analito: PSA libre

Н	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	0.375	ng/mL	0.357	0,9

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede 1		0	0	1
Porcentaje 100%		0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 12 de 16

Analito: PSA total

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100221	SIES Salud RA	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	0.70	ng/mL	0.665	0,9

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede 1		0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 13 de 16

Analito: PTH

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	24.15	pg/mL	29.880	-2,5
2	100221	SIES Salud RA	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	28.79	pg/mL	29.880	-0,48

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede 1		ore por sede 1 1		2
Porcentaje 50%		50%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 14 de 16

Analito: T4 libre

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100221	SIES Salud RA	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	0.75	ng/dL	0.785	-0,9

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 15 de 16

Analito: TSH

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	0.36	uUI/mL	0.362	-0,09
2	100221	SIES Salud RA	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	0.32	uUI/mL	0.362	-1,91

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 16 de 16

Analito: Vitamina B12

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	NOVIEMBRE	Abbott Alinity I	427.7	pg/mL	399.200	0,89

Sati	sfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado	esta etre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%