



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-MT-Marcadores Tumorales
Código de muestra: IK2306
Ronda: 2
Muestra: 6
Marzo 2025
Ciudad : Bogotá Distrito Capital

100206 - SIES Salud
100221 - SIES Salud RA


María Paula Mora E.

Analito : AFP

| IT | # laboratorio | Sede | año | mes | instrumento | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|------------|------|-------|------------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1 | 100206 | SIES Salud | 2025 | MARZO | Abbott Alinity I | 206.47 | ng/mL | 210.600 | -0,44 |

| | | |
|--|---|---|
| Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 1 Z-score



Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado ▲ Media de comparación


| valor | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 100% |

Analito : CA 125


| IT | # laboratorio | Sede | año | mes | instrumento | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---------------|------|-------|------------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1 | 100221 | SIES Salud RA | 2025 | MARZO | Abbott Alinity I | 328.16 | U/mL | 330.200 | -0,12 |

| | | |
|--|---|---|
| Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 3 Z-score



Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


| valor | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 100% |

Analito : Prolactina


| IT | # laboratorio | Sede | año | mes | instrumento | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|------------|------|-------|------------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1 | 100206 | SIES Salud | 2025 | MARZO | Abbott Alinity I | 141.92 | ng/mL | 123.800 | 3.68 |

| | | |
|--|---|---|
| Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 5 Z-score



Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


| valor | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Porcentaje | 0% | 0% | 100% | 100% |

Analito : PSA total


| IT | # laboratorio | Sede | año | mes | instrumento | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---------------|------|-------|------------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1 | 100221 | SIES Salud RA | 2025 | MARZO | Abbott Alinity I | 18.93 | ng/mL | 16.140 | 2,74 |

| | | |
|---|---|---|
| Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score | Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|---|---|---|

Gráfica 7 Z-score



Gráfica 8 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación

| valor | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 100% |