



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Reporte Subgrupo Programa de aseguramiento de la calidad QAP-PP-Proteínas plasmáticas Código de muestra: UF2103

> Ronda: 29 Muestra: 3

Septiembre 2024

Ciudad : Bogotá Distrito Capital

100206 - SIES Salud 100221 - SIES Salud RA







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 2 de 6

Analito: Complemento sérico C3

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	SEPTIEMBR	Abbott Alinity C	88.08	mg/dL	93.590	-1,42
				E					
2	100221	SIES Salud RA	2024	SEPTIEMBR	Abbott Alinity C	89.2	mg/dL	93.590	-1,13
				E					

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 3 de 6

Analito: Complemento sérico C4

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	SEPTIEMBR	Abbott Alinity C	7.79	mg/dL	7.700	0,11
				E					
2	100221	SIES Salud RA	2024	SEPTIEMBR	Abbott Alinity C	7.39	mg/dL	7.700	-0,37
				E					

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Salisiaciono	Alailla	เพีย รัสเเราสินเบาเบ
Si su resultado esta entre +/- 2 7-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
or ou recontado cota critic in 22 coore	or ou recurred cora critic in 2 y in 6 2 coole	or ou recultade de mayor a 17 de coord





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%






CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 2 de 6

Analito: Factor Reumatoideo

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	SEPTIEMBR	Abbott Alinity C	9.3	UI/mL	9.3	0
				E					
2	100221	SIES Salud RA	2024	SEPTIEMBR	Abbott Alinity C	9.3	UI/mL	9.3	0
				E					

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score



Resultado Vrs Media de Comparación



■ Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 4 de 6

Analito: IgG

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	SEPTIEMBR E	Abbott Alinity C	626.7	mg/dL	637.200	-0,31

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	7	110 0011101010110
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje 100%		0%	0%	100%







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 5 de 6

Analito: PCR

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2024	SEPTIEMBR	Abbott Alinity C	0.88	mg/dL	0.868	0,24
				E					
2	100221	SIES Salud RA	2024	SEPTIEMBR	Abbott Alinity C	0.88	mg/dL	0.868	0,24
				E					

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor entre +/- 2		entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total	
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2	
Porcentaje	100%	0%	0%	100%	







CLIC-FOR-52 V7 Vigente 10 de mayo de 2022 Página: 6 de 6

Analito: Transferrina

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100221	SIES Salud RA	2024	SEPTIEMBR E	Abbott Alinity C	360.4	mg/dL	180.100	35,01

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
	7 1101111101	
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score





valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	0	1	1
Porcentaje	0%	0%	100%	100%