



**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD**
QAP-INF - Infecciosas

E.S.E HOSPITAL LA MARÍA

Correo electrónico: ayudasdiagnosticas@lamaria.gov.co

Dirección: CL 92 EE 67 61 - Medellín

Ciudad: Medellín Antioquia

País: Colombia

Contacto: Paola Andrea Salazar Gallego

Teléfono: 312 5238463

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100212

Código de reporte: QAP-INF-100212-2-2

Ronda: 2

Muestra: 2

Código de la muestra: HM0122-M

Tipo de muestra: Líquido - Plasma humano

Fecha generación: 15 / agosto / 2024



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-INF - Infecciosas

Identificación Laboratorio:	100212
Ronda:	2
Muestra:	2
Código Muestra:	HM0122-M
Fecha reporte:	2024-08-09
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc.

2. Evaluación con media de comparación

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ítem	Not	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	X _{PT}	Tipo de comparación	Desempeño	Evaluación
1		Anti-HBc	Roche Cobas E411	Electroquimioluminiscencia (ECL)	0.990 COI Reactivo	Reactivo	Inserto	Concordante	
2		HbsAg	Roche Cobas E411	Electroquimioluminiscencia (ECL)	0.591 COI No Reactivo	Reactivo	Inserto	Concordante	
3		HCV	Roche Cobas E411	Electroquimioluminiscencia (ECL)	0.095 COI No Reactivo	Reactivo	Inserto	Concordante	

Ítem	Mensurando	Cut off	Interpretación*
1	Anti-HBc	<1.0	Reactivo
2	HbsAg	>1.0	Reactivo
3	HCV	> 1.0	Reactivo

Puntaje	1 / 3
% Concordancia	33.33%

Concordante: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.	No concordante: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.	 Resultado tardío	 Resultado ausente	 Resultado revalorado
--	---	----------------------	-----------------------	--------------------------

**3. Comparación Inter laboratorios;
Consenso QAP y V.A.V**

Mensurando: Anti-HBc Resultado Laboratorio: 0.990 COI

Analizador: Roche Cobas 6000 E411

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	N. A			Concordante
Reactivo	N. A	X	0.990 COI	
Laboratorios	N. A	N. A	N. A	

Mensurando: HbsAg Resultado Laboratorio: 0.591 COI

Analizador: Roche Cobas 6000 E411

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	N. A		0.591 COI	No Concordante
Reactivo	N. A	X		
Laboratorios	N. A	N. A	N. A	

Mensurando: HCV Resultado Laboratorio: 0.095 COI

Analizador: Roche Cobas 6000 E411


Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	N. A		0.095 COI	No Concordante
Reactivo	N. A	X		
Laboratorios	N. A	N. A	N. A	


4. Resumen de ronda


Ronda 1 – Muestra 1

Posibles resultados	Analitos		
	Anti-HBc	HbsAg	HCV
No reactivo		X	X
Reactivo	X		


Convenciones:

 Consenso QAP

 Valor Asignado como Verdadero

 Valor Reportado por el Laboratorio

5. Indicadores de competencia técnica



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte

-Aprobado por
Coordinador programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co