

**QAP POCT infecciosas**

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas

SIES SALUD APARTADÓCorreo electrónico: sarchilac@siessalud.com.co

Dirección: Calle 98 # 104-28 Barrio Ortiz

Ciudad: Apartadó Antioquia

País: Colombia

Contacto: Sergio Archila

Teléfono: 3154891153

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100245

Código de reporte: QAP POCT-I-100245-1-2

Ronda: 1

Muestra: 2

Código de la muestra: PC002

Tipo de muestra: Líquida

Fecha generación: 24 / diciembre / 2024



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP POCT-I - QAP POCT Infecciosas

Identificación Laboratorio:	100245
Ronda:	1
Muestra:	2
Código Muestra:	PC002
Fecha reporte:	2024-12-20
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al "Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM).

Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:

Formula Desviación Estandar:

$$\text{Desviación estándar} = \frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Formula Media:

$$\text{Media} = \frac{\sum \text{todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

Formula Zscore:

$$Z - \text{score} = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del grupo consenso}}$$

Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E * k$$



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP- POCT Infecciosas

Identificación
Laboratorio: 100245
Ronda: 1
Muestra: MX 2 PC002
Fecha reporte: 2024-12-20
Evaluación original
Estado:

1. Informe de evaluación de la muestra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificación	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
1	<input checked="" type="checkbox"/>	HbsAg	Casete	Inmunocromatografía		Teactivo		
2		HCV	Casete	Inmunocromatografía	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio	<input checked="" type="checkbox"/>
3		HIV	Casete	Inmunocromatografía	Reactivo	Reactivo	Satisfactorio	<input checked="" type="checkbox"/>
4		Sífilis prueba treponémica	Casete	Inmunocromatografía	No reactivo	No reactivo	Satisfactorio	<input checked="" type="checkbox"/>

Puntaje	3 / 3
% Concordancia	100%

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.	 Resultado tardío	<input checked="" type="checkbox"/> Resultado ausente	 Resultado revalorado
--	---	----------------------	--	--------------------------

**2. Comparación Inter laboratorios;
Consenso QAP y V.A.V**

Mensurando: HbsAg

Resultado Laboratorio:

Analizador: Casete

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo		X		
Reactivo	X			
Laboratorios	22	N. A	N.A	N.A

Mensurando: HCV

Resultado Laboratorio: Reactivo

Analizador: Casete

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo				
Reactivo	X	X	X	Concordante
Laboratorios	22	N. A	N. A	

Mensurando: HIV

Resultado Laboratorio: Reactivo

Analizador: Casete

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo				
Reactivo	X	X	X	Concordante
Laboratorios	22	N. A	N. A	

Mensurando: Sífilis prueba treponémica

Resultado Laboratorio: No reactivo

Analizador: Casete


Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	X	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	22	N. A	N. A	


3. Resumen de ronda


Ronda 1 – Muestra 2

Posibles resultados	Analitos			
	HbsAg	HCV	HIV	Sífilis prueba treponémica
Reactivo		X	X	
No reactivo				X


Convenciones:

 Consenso QAP

 Valor Asignado como Verdadero

 Valor Reportado por el Laboratorio

4. Indicadores de competencia técnica



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte--

-Aprobado por
Especialista de aplicaciones
Programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co