



QAP-Química Clínica

**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD**
QAP-Q - Química sanguínea

HOSPITAL SIMON BOLIVAR - RED NORTE

Correo electrónico: laboratorio.simon@subrednorte.gov.co

Dirección: Bogotá, Cl. 165 #7-06

Ciudad: Bogotá Distrito Capital

País: Colombia

Contacto: Laura Mora Forero

Teléfono: 3017490708

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100293

Código de reporte: QAP-Q-100293-65-1 - corregido

Ronda: 65

Muestra: 1

Código de la muestra: TS0021

Tipo de muestra: Liofilizado -Suero humano

Fecha generación: 05 / mayo / 2025



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al "Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM).

Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:

Formula Desviación Estandar:

$$\text{Desviación estándar} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Formula Media:

$$\text{Media} = \frac{\sum \text{todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

Formula Zscore:

$$Z - \text{score} = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del grupo consenso}}$$

Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E. * k$$

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea				Identificación Laboratorio:	100293
					Ronda:	65
					Muestra:	1
					Código Muestra:	TS0021
					Fecha reporte:	2025-02-27
					Estado:	corregido

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

1 IT	2 NOT	3 Mensurando	4 Analizador	5 Método	6 VRL	7 U-LAB	8 M-C	9 U-MC	10 DE-C	11 T-C	12 Zs	13 VAL	14 COMP
1		Ácido Úrico	Ortho Vitros XT 7600	Uricase, colorimetric	4.14	mg/dL	4,29	mg/dL	0,09	Acumulada	-1,63	Satisfactorio	Par
2		Albumina	Ortho Vitros XT 7600	Bromcresol green (BCG)	4.38	g/dL	4,17	g/dL	0,43	Mensual	0,49	Satisfactorio	Método
3		ALT (ALAT/GPT)	Ortho Vitros XT 7600	UV with P5P-Vitros	21.9	U/L	23,01	U/L	1,64	Acumulada	-0,68	Satisfactorio	Par
4		Amilasa	Ortho Vitros XT 7600	Amylopectin, colorimetric	52	U/L	68,21	U/L	5,63	Acumulada	-2,88	Alarma	Método
5		AST (ASAT/GOT)	Ortho Vitros XT 7600	UV with P5P-Vitros	47.32	U/L	49,98	U/L	2,04	Acumulada	-1,3	Satisfactorio	Par
6		Bilirrubina Directa	Ortho Vitros XT 7600	Spectrophotometric	0.000	mg/dL	0	mg/dL	0	Acumulada	0	N/A	Par
7		Bilirrubina Indirecta	Ortho Vitros XT 7600	Direct measure	0.837	mg/dL	0,7	mg/dL	0,06	Mensual	2,33	Alarma	Par
8		Bilirrubina Total	Ortho Vitros XT 7600	Diphyline, Diazonium Salt - VITROS	1.299	mg/dL	1,17	mg/dL	0,08	Acumulada	1,54	Satisfactorio	Par
9		Calcio	Ortho Vitros XT 7600	Arsenazo III	7.92	mg/dL	8,05	mg/dL	0,19	Acumulada	-0,7	Satisfactorio	Par
10		Cloro	Ortho Vitros XT 7600	ISE direct	101.4	mmol/L	100,9	mmol/L	1,76	Acumulada	0,28	Satisfactorio	Par
11		Colesterol HDL	Ortho Vitros XT 7600	Direct measure, PTA/MgCl2-VITROS	84.6	mg/dL	84,76	mg/dL	5,37	Acumulada	-0,03	Satisfactorio	Par
12		Colesterol LDL	Ortho Vitros XT 7600	Direct measure	114.009	mg/dL	110,7	mg/dL	5,32	Acumulada	0,62	Satisfactorio	Par
13		Colesterol Total	Ortho Vitros XT 7600	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase	224.8	mg/dL	235,4	mg/dL	6,46	Acumulada	-1,64	Satisfactorio	Par
14		Creatinina	Ortho Vitros XT 7600	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized	1.665	mg/dL	1,7	mg/dL	0,06	Acumulada	-0,56	Satisfactorio	Par
15		Fosfatasa Alcalina	Ortho Vitros XT 7600	PNPP, AMP Buffer	56.3	U/L	62,82	U/L	3,64	Acumulada	-1,79	Satisfactorio	Par
16		Fósforo	Ortho Vitros XT 7600	Phosphomolybdate reduction	3.07	mg/dL	3,05	mg/dL	0,12	Acumulada	0,16	Satisfactorio	Par
17		Glucosa	Ortho Vitros XT 7600	Glucose oxidase, hydrogen peroxide	89.9	mg/dL	91,15	mg/dL	2,4	Acumulada	-0,52	Satisfactorio	Par
18		Hierro	Ortho Vitros XT 7600	Pyridyl azo dye	262.5	ug/dL	251,2	ug/dL	17,58	Acumulada	0,64	Satisfactorio	Todos los laboratorios
19		LD (Lactato Deshidrogenasa)	Ortho Vitros XT 7600	Pyruvate to lactate	191.7	U/L	185,2	U/L	8,78	Acumulada	0,74	Satisfactorio	Par
20		Magnesio	Ortho Vitros XT 7600	Formazan dye	1.86	mg/dL	1,82	mg/dL	0,08	Acumulada	0,51	Satisfactorio	Par
21		Nitrógeno Uréico	Ortho Vitros XT 7600	Urease, colorimetric	16.31	mg/dL	15,99	mg/dL	0,45	Acumulada	0,7	Satisfactorio	Par
22		Potasio	Ortho Vitros XT 7600	ISE direct	3.866	mmol/L	3,8	mmol/L	0,07	Acumulada	0,9	Satisfactorio	Par
23		Proteínas totales	Ortho Vitros XT 7600	Biuret, no serum blank, end point-VITROS	5.24	g/dL	5,28	g/dL	0,13	Acumulada	-0,31	Satisfactorio	Par
24		Sodio	Ortho Vitros XT 7600	ISE direct	142.27	mmol/L	142,9	mmol/L	1,87	Acumulada	-0,34	Satisfactorio	Par
25		Triglicéridos	Ortho Vitros XT 7600	Enzymatic, end point	179.4	mg/dL	174,3	mg/dL	4,72	Acumulada	1,08	Satisfactorio	Par

IT: Item	NOT: Notificaciones	VRL: Valor reportado por el laboratorio	U-LAB: Unidades de laboratorio	U-MC: Unidades Originales de la media de comparación
M-C: Media del grupo de comparación	DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación	T-C: Tipo de consenso	Zs: Z-score	VAL: Valoración
				COMP: Comparador

Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	 Tardío	 Ausente	 Revalorado
---	--	--	--	---	--

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea				Identificación Laboratorio:	100293
					Ronda:	65
					Muestra:	1
					Código Muestra:	TS0021
					Fecha reporte:	2025-02-27
					Estado:	corregido

3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

1 Item	2 Mensurando	3 VRL	4 U-LAB	5 X _{pt}	6 U-X _{pt}	7 M-REF	8 D%	9 ETmp/APS	10 Límites aceptación Bajo Alto		11 Valoración
1	ALT (ALAT/GPT)	21.9	U/L	27.000	U/L	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-18,89	15	22,95	31,05	No satisfactorio
2	AST (ASAT/GOT)	47.32	U/L	46.000	U/L	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	2,87	15	39,1	52,9	Satisfactorio
3	Cloro	101.4	mmol/L	110.000	mmol/L	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-7,82	5	104,5	115,5	No satisfactorio
4	Creatinina	1.665	mg/dL	1.780	mg/dL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-6,46	10	1,6	1,96	Satisfactorio
5	Magnesio	1.86	mg/dL	2.000	mg/dL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-7	15	1,7	2,3	Satisfactorio
6	Potasio	3.866	mmol/L	4.000	mmol/L	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-3,35	4.5	3,67	4,33	Satisfactorio
7	Sodio	142.27	mmol/L	153.000	mmol/L	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-7,01	4	146,88	159,12	No satisfactorio

VRL: Valor reportado por el laboratorio				U-X _{pt} : Unidades del valor aceptado como verdadero			
U-LAB: Unidades de laboratorio		M-REF:Método de referencia			D% Diferencia porcentual %		

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}	No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}	ETmp%/APS Error Total máximo permisible * Fuente CLIA 2022	X _{pt} Valor aceptado como verdadero
---	--	--	--



Quality Assurance Program **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO** **QAP-Q - Química sanguínea**

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Ácido Úrico

4.14 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600

Uricase, colorimetric



CLIA
2022

10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	4,29	0,09	3850	4,11 a 4,47	-3,5	-1,63	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Albúmina

4.38 g/dL

Ortho Vitros XT
7600

Bromcresol green
(BCG)


CLIA
2022

8% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	4,17	0,43	14594	3,31 a 5,03	5,04	0,49	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	4,21	0,21	10	3,79 a 4,62	4,14	0,84	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

ALT (ALAT/GPT)	21.9 U/L	Ortho Vitros XT 7600	UV with P5P-Vitros	CLIA 2022	15% APS
-----------------------	-----------------	----------------------	--------------------	-----------	---------

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	27.000	N/A	N/A	N/A	-18,89	N/A	No satisfactorio
Media de comparación internacional	23,01	1,64	2556	19,73 a 26,29	-4,82	-0,68	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	23,77	1,43	15	20.92 a 26.63	-7,89	-1,31	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM




Amilasa	52 U/L	Ortho Vitros XT 7600	Amylopectin, colorimetric	CLIA 2022	20% APS
----------------	---------------	----------------------	---------------------------	-----------	---------

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	68,21	5,63	2580	56,95 a 79,47	-23,76	-2,88	Alarma
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO** **QAP-Q - Química sanguínea**

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

AST (ASAT/GOT)

47.32 U/L

Ortho Vitros XT
7600

UV with P5P-Vitros



CLIA
2022

15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	46.000	N/A	N/A	N/A	2,87	N/A	Satisfactorio
Media de comparación internacional	49,98	2,04	1951	45,9 a 54,06	-5,32	-1,3	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	43,61	4,11	18	35,4 a 51,82	8,5	0,9	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Bilirrubina Indirecta

0.837 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600



Direct measure

- - % APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	0,7	0,06	349	0,58 a 0,82	20,09	2,33	Alarma
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Bilirrubina Total

1.299 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600

Diphyline, Diazonium
Salt - VITROS


CLIA
2022

20% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	1,17	0,08	2421	1 a 1,34	11,03	1,54	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	1,19	0,1	11	0.99 a 1.39	9,17	1,07	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Calcio

7.92 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600

Arsenazo III



CLIA
2022

10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	8,05	0,19	1939	7,68 a 8,42	-1,61	-0,7	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Cloro

101.4 mmol/L

Ortho Vitros XT
7600

ISE direct



CLIA
2022

5% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	110.000	N/A	N/A	N/A	-7,82	N/A	No satisfactorio
Media de comparación internacional	100,9	1,76	3371	97,38 a 104,42	0,5	0,28	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Colesterol HDL

84.6 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600

Direct measure,
PTA/MgCl₂-VITROS



CLIA
2022

20% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	84,76	5,37	3482	74,02 a 95,5	-0,19	-0,03	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	83,64	8,17	19	67.31 a 99.97	1,15	0,12	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO** **QAP-Q - Química sanguínea**

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Colesterol LDL

114.009 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600

Direct measure



CLIA
2022

20% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	110,7	5,32	7716	100,06 a 121,34	2,99	0,62	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Colesterol Total

224.8 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600



Cholesterol oxidase,
esterase, peroxidase

CLIA
2022

10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	235,4	6,46	12571	222,48 a 248,32	-4,5	-1,64	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	236,44	6,78	20	222.87 a 250.01	-4,92	-1,72	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	236,67	6,89	19	222.9 a 250.45	-5,02	-1,72	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea			Identificación Laboratorio:	100293
				Ronda:	65
				Muestra:	1
				Código Muestra:	TS0021
				Fecha reporte:	2025-02-27
				Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Creatinina

1.665 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600



Enzymatic IFCC-IDMS
Standardized

CLIA
2022

10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	1.780	N/A	N/A	N/A	-6,46	N/A	Satisfactorio
Media de comparación internacional	1,7	0,06	2390	1,57 a 1,83	-2,06	-0,56	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	1,7	0,11	21	1,47 a 1,93	-2,02	-0,3	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	1,65	0,03	14	1,59 a 1,72	0,71	0,36	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Fosfatasa Alcalina

56.3 U/L

Ortho Vitros XT
7600

PNPP, AMP Buffer


CLIA
2022

20% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	62,82	3,64	4557	55,54 a 70,1	-10,38	-1,79	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Fósforo

3.07 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600

Phosphomolybdate
reduction



CLIA
2022

10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	3,05	0,12	6226	2,8 a 3,3	0,66	0,16	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Glucosa

89.9 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600

Glucose oxidase,
hydrogen peroxide



CLIA
2022

8% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	91,15	2,4	9147	86,35 a 95,95	-1,37	-0,52	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	83,68	3,14	22	77,39 a 89,97	7,43	1,98	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hierro

262.5 ug/dL

Ortho Vitros XT
7600

Pyridyl azo dye



CLIA
2022

15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	251,2	17,58	17056	216,04 a 286,36	4,5	0,64	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



LD (Lactato Deshidrogenasa)

191.7 U/L

Ortho Vitros XT
7600

Pyruvate to lactate



CLIA
2022

15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	185,2	8,78	5777	167,64 a 202,76	3,51	0,74	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO** **QAP-Q - Química sanguínea**

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Magnesio

1.86 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600

Formazan dye



CLIA
2022

15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	2.000	N/A	N/A	N/A	-7	N/A	Satisfactorio
Media de comparación internacional	1,82	0,08	12357	1,66 a 1,98	2,2	0,51	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Nitrógeno Uréico

16.31 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600

Urease, colorimetric



CLIA
2022

9% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	15,99	0,45	12832	15,08 a 16,9	2	0,7	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	15,24	0,99	9	13,26 a 17,22	7,03	1,08	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO** **QAP-Q - Química sanguínea**

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Potasio

3.866 mmol/L

Ortho Vitros XT
7600



ISE direct RILIBAK
2022

4.5% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	4.000	N/A	N/A	N/A	-3,35	N/A	Satisfactorio
Media de comparación internacional	3,8	0,07	26726	3,65 a 3,95	1,74	0,9	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Proteínas totales

5.24 g/dL

Ortho Vitros XT
7600

Biuret, no serum
blank, end point-
VITROS



CLIA
2022

8% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	5,28	0,13	16005	5,02 a 5,54	-0,76	-0,31	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





Quality Assurance Program **PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO** **QAP-Q - Química sanguínea**

Identificación Laboratorio:	100293
Ronda:	65
Muestra:	1
Código Muestra:	TS0021
Fecha reporte:	2025-02-27
Estado:	corregido

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Sodio

142.27 mmol/L

Ortho Vitros XT
7600

ISE direct



CLIA
2022

4% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	153.000	N/A	N/A	N/A	-7,01	N/A	No satisfactorio
Media de comparación internacional	142,9	1,87	832	139,16 a 146,64	-0,44	-0,34	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Triglicéridos

179.4 mg/dL

Ortho Vitros XT
7600



Enzymatic, end point

CLIA
2022

15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	174,3	4,72	14173	164,86 a 183,74	2,93	1,08	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	171,13	6,76	18	157.61 a 184.65	4,83	1,22	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	170,63	6,11	15	158.41 a 182.85	5,14	1,43	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea				Identificación Laboratorio:	100293
					Ronda:	65
					Muestra:	1
					Código Muestra:	TS0021
					Fecha reporte:	2025-02-27
					Estado:	corregido

5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ácido Úrico	Ortho Vitros XT 7600	Uricase, colorimetric		No declarado		No trazable
2	Albumina	Ortho Vitros XT 7600	Bromocresol green (BCG)		No declarado	133	No trazable
3	ALT (ALAT/GPT)	Ortho Vitros XT 7600	UV with P5P-Vitros	141	No declarado	134	Trazable por metodología
4	Amilasa	Ortho Vitros XT 7600	Amylopectin, colorimetric		No declarado		No trazable
5	AST (ASAT/GOT)	Ortho Vitros XT 7600	UV with P5P-Vitros	142	No declarado	135	Trazable por metodología
6	Bilirrubina Directa	Ortho Vitros XT 7600	Spectrophotometric		No declarado		No trazable
7	Bilirrubina Indirecta	Ortho Vitros XT 7600	Direct measure		No declarado		No trazable
8	Bilirrubina Total	Ortho Vitros XT 7600	Diphyline, Diazonium Salt - VITROS		No declarado		No trazable
9	Calcio	Ortho Vitros XT 7600	Arsenazo III		No declarado		No trazable
10	Cloro	Ortho Vitros XT 7600	ISE direct		SRM 919b	144	Trazable por material
11	Colesterol HDL	Ortho Vitros XT 7600	Direct measure, PTA/MgCl2-VITROS		No declarado	137	No trazable
12	Colesterol LDL	Ortho Vitros XT 7600	Direct measure		No declarado	138	No trazable
13	Colesterol Total	Ortho Vitros XT 7600	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase		No declarado	139	No trazable
14	Creatinina	Ortho Vitros XT 7600	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized	143	No declarado		Trazable por metodología
15	Fosfatasa Alcalina	Ortho Vitros XT 7600	PNPP, AMP Buffer		No declarado	140	No trazable
16	Fósforo	Ortho Vitros XT 7600	Phosphomolybdate reduction		No declarado		No trazable
17	Glucosa	Ortho Vitros XT 7600	Glucose oxidase, hydrogen peroxide		No declarado	142	No trazable
18	Hierro	Ortho Vitros XT 7600	Pyridyl azo dye		No declarado		No trazable
19	LD (Lactato Deshidrogenasa)	Ortho Vitros XT 7600	Pyruvate to lactate		No declarado	143	No trazable
20	Magnesio	Ortho Vitros XT 7600	Formazan dye		SRM 929a	145	Trazable por material
21	Nitrógeno Uréico	Ortho Vitros XT 7600	Urease, colorimetric		No declarado		No trazable
22	Potasio	Ortho Vitros XT 7600	ISE direct	145	No declarado		Trazable por metodología
23	Proteínas totales	Ortho Vitros XT 7600	Biuret, no serum blank, end point-VITROS		No declarado		No trazable
24	Sodio	Ortho Vitros XT 7600	ISE direct	146	SRM 919b	146	Trazable por metodología, trazable por material
25	Triglicéridos	Ortho Vitros XT 7600	Enzymatic, end point		No declarado		No trazable

Nomenclatura método
141: IFCC **142:** IFCC **143:** ID/GC/MS **145:** Flame Atomic Emission Spectroscopy **146:** Flame Atomic Emission Spectroscopy

Nomenclatura materiales
133: ERM-DA470k/IFCC - NMJJ CRM 6202-a **134:** ERM-AD454k/IFCC **135:** ERM-AD457/IFCC **144:** SRM 919b **137:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **138:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **139:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **140:** GBW(E)091042 **142:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3007A **143:** IFCC **145:** SRM 929a **146:** SRM 919b

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea										Identificación Laboratorio:	100293
											Ronda:	65
											Muestra:	1
											Código Muestra:	TS0021
											Fecha reporte:	2025-02-27
											Estado:	corregido

6. RESUMEN DE RONDA


Ítem	Mensurando	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Muestra 4			Muestra 5			Muestra 6			Muestra 7		
		Dif% con RL -MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score partici pantes QAP	Dif% con RL -MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score partici pantes QAP	Dif% con RL -MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score partici pantes QAP	Dif% con RL -MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score partici pantes QAP	Dif% con RL -MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score partici pantes QAP	Dif% con RL -MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score partici pantes QAP	Dif% con RL -MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score partici pantes QAP
1	Ácido Úrico	N/A	-1,63	N/A																		
2	Albumina	N/A	0,49	0,84																		
3	ALT (ALAT/GPT)	-18,89	-0,68	-1,31																		
4	Amlasa	N/A	-2,88	N/A																		
5	AST (ASAT/GOT)	2,87	-1,3	1,01																		
6	Bilirrubina Directa	N/A	0	N/A																		
7	Bilirrubina Indirecta	N/A	2,33	N/A																		
8	Bilirrubina Total	N/A	1,54	1,07																		
9	Calcio	N/A	-0,7	N/A																		
10	Cloro	-7,82	0,28	N/A																		
11	Colesterol HDL	N/A	-0,03	0,12																		
12	Colesterol LDL	N/A	0,62	N/A																		
13	Colesterol Total	N/A	-1,64	-1,72																		
14	Creatinina	-6,46	-0,56	-0,3																		
15	Fosfatasa Alcalina	N/A	-1,79	N/A																		
16	Fósforo	N/A	0,16	N/A																		
17	Glucosa	N/A	-0,52	1,98																		
18	Hierro	N/A	0,64	N/A																		
19	LD (Lactato Deshidrogenasa)	N/A	0,74	N/A																		
20	Magnesio	-7	0,51	N/A																		
21	Nitrógeno Uréico	N/A	0,7	1,08																		
22	Potasio	-3,35	0,9	N/A																		
23	Proteínas totales	N/A	-0,31	N/A																		
24	Sodio	-7,01	-0,34	N/A																		
25	Triglicéridos	N/A	1,08	1,22																		
Notificaciones		0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0		

X_{pt} - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	X_{pt} - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	N/A No aplica	 Tardío	☒ Ausente	 Revalorado
---	---	---	--	--	----------------------	--	---	--

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea	Identificación	100293
		Laboratorio:	
		Ronda:	65
		Muestra:	1
		Código Muestra:	TS0021
		Fecha reporte:	2025-02-27
		Estado:	corregido

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LA MUESTRA 1



Observaciones:	Revisado por:
el desempeño de la bilirrubina directa es satisfactorio, se compara contra 573 puntos con la media de comparación internacional Se corrige el enrolamiento: se cambia urea a urea nitrogenada. Este reporte reemplaza el reporte original: QAP-QU-100293-65-1	
	Fecha:

-- Final de reporte --

Maria Paula Mora G.

Aprobado por:
Coordinador QAP
Programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co