



## QAP-Química Urinaria

### PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP-QU - Química urinaria

#### SIES SALUD RA

Correo electrónico: [sarchilac@siessalud.com.co](mailto:sarchilac@siessalud.com.co)

Dirección: Calle 25G #96B - 60 piso 5

Ciudad: Bogotá Distrito Capital

País: Colombia

Contacto: Sergio Archila

Teléfono: 3154891153

#### IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100221

Código de reporte: QAP-QU-100221-34-6

Ronda: 34

Muestra: 6

Código de la muestra: CJ1805

Tipo de muestra: Líquido- Orina humana

Fecha generación: 18 / marzo / 2025



**Quality Assurance Program**  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
**QAP-QU - Química urinaria**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100221              |
| Ronda:                      | 34                  |
| Muestra:                    | 6                   |
| Código Muestra:             | CJ1805              |
| Fecha reporte:              | 2025-03-07          |
| Estado:                     | Evaluación original |

### 1. TÉRMINOS GENERALES

#### Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 <sup>1</sup>, ISO 14001:2015 <sup>2</sup>, ISO 45001:2018 <sup>3</sup> y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 <sup>4</sup>, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

#### Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

#### Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al "Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM).

#### Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

**Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:**

#### Formula Desviación Estandar:

$$Desviación\ estándar = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

#### Formula Media:

$$Media = \frac{\sum \text{todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

#### Formula Zscore:

$$Z - score = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del grupo consenso}}$$

#### Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E * k$$

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |  |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| <br>"Quality Assurance Program"<br>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica | <b>Quality Assurance Program</b><br><b>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</b><br><b>QAP-QU - Química urinaria</b> |  | Identificación  | 100221              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |  | Laboratorio:    |                     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |  | Ronda:          | 34                  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |  | Muestra:        | 6                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |  | Código Muestra: | CJ1805              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |  | Fecha reporte:  | 2025-03-07          |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |  | Estado:         | Evaluación original |

## 2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

| 1<br>IT | 2<br>NOT | 3<br>Mensurando      | 4<br>Analizador  | 5<br>Método                                     | 6<br>VRL | 7<br>U-LAB | 8<br>M-C | 9<br>U-MC | 10<br>DE-C | 11<br>T-C | 12<br>Zs | 13<br>VAL     | 14<br>COMP |
|---------|----------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|------------|
| 1       |          | Acido Urico QU       | Abbott Alinity C | Uricase, colorimetric                           | 19.23    | mg/dL      | 18,76    | mg/dL     | 0,88       | Acumulada | 0,53     | Satisfactorio | Par        |
| 2       |          | Calcio QU            | Abbott Alinity C | Arsenazo III                                    | 10.08    | mg/dL      | 10,27    | mg/dL     | 0,2        | Acumulada | -0,97    | Satisfactorio | Par        |
| 3       |          | Creatinina QU        | Abbott Alinity C | Alkaline picrate-method, IFCC-IDMS Standardized | 136.33   | mg/dL      | 140,4    | mg/dL     | 5,39       | Acumulada | -0,76    | Satisfactorio | Par        |
| 4       |          | Fósforo QU           | Abbott Alinity C | Phosphomolybdate method                         | 49.2     | mg/dL      | 48,28    | mg/dL     | 0,82       | Acumulada | 1,12     | Satisfactorio | Par        |
| 5       |          | Glucosa QU           | Abbott Alinity C | Hexokinase                                      | 302.2    | mg/dL      | 300,8    | mg/dL     | 6,72       | Acumulada | 0,21     | Satisfactorio | Par        |
| 6       |          | Microalbuminuria QU  | Abbott Alinity C | Immunoturbidimetric                             | 108.96   | ug/mL      | 89       | ug/mL     | 9,5        | Inserto   | 2,1      | Alarma        | Par        |
| 7       |          | Nitrógeno Uréico QU  | Abbott Alinity C | Urease, UV                                      | 761.2    | mg/dL      | 717,5    | mg/dL     | 21,98      | Mensual   | 1,99     | Satisfactorio | Par        |
| 8       |          | Proteínas totales QU | Abbott Alinity C | Cloruro de Benzotonium                          | 62.75    | mg/dL      | 63,94    | mg/dL     | 1,48       | Acumulada | -0,8     | Satisfactorio | Par        |

|                                     |  |                                                    |  |                                         |  |                                |  |                                                      |                  |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------------------------|------------------|
| IT: Item                            |  | NOT: Notificaciones                                |  | VRL: Valor reportado por el laboratorio |  | U-LAB: Unidades de laboratorio |  | U-MC: Unidades Originales de la media de comparación |                  |
| M-C: Media del grupo de comparación |  | DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación |  | T-C: Tipo de consenso                   |  | Zs: Z-score                    |  | VAL: Valoración                                      | COMP: Comparador |

|                                                                   |                                                                    |                                                                      |                                                                                                 |                                                |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Satisfactorio</b><br>si su resultado está entre +/- 2 Z-score. | <b>Alarma</b><br>si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score. | <b>No satisfactorio</b><br>si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score. | <br>Tardío | <input checked="" type="checkbox"/><br>Ausente | <br>Revalorado |
|                                                                   |                                                                    |                                                                      |                                                                                                 |                                                |                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|---------------------|
|  <p>“Quality Assurance Program”<br/>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</p> | <p align="center"><b>Quality Assurance Program</b><br/><b>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</b><br/><b>QAP-QU - Química urinaria</b></p> |  |  |  | Identificación  | 100221              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Laboratorio:    |                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Ronda:          | 34                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Muestra:        | 6                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Código Muestra: | CJ1805              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Fecha reporte:  | 2025-03-07          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  | Estado:         | Evaluación original |

### 3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

| 1<br>Item | 2<br>Mensurando | 3<br>VRL | 4<br>U-LAB | 5<br>$X_{pt}$ | 6<br>$U-X_{pt}$ | 7<br>M-REF                                         | 8<br>D% | 9<br>ETmp/APS | 10<br>Límites aceptación<br>Bajo Alto | 11<br>Valoración |
|-----------|-----------------|----------|------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------|------------------|
| 1         | Glucosa QU      | 302.2    | mg/dL      | 300.300       | mg/dL           | Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica | 0,63    | 11            | 226,38 374,22                         | Satisfactorio    |

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>VRL:</b> Valor reportado por el laboratorio | <b>U-Xpt:</b> Unidades del valor aceptado como verdadero |
| <b>U-LAB:</b> Unidades de laboratorio          | <b>M-REF:</b> Método de referencia                       |
|                                                | <b>D%</b> Diferencia porcentual %                        |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                     |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con $X_{pt}$ | No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con $X_{pt}$ | ETmp%/APS<br>Error Total máximo permisible<br>* Fuente RILIBAK 2022 | $X_{pt}$<br>Valor aceptado como verdadero |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

**Quality Assurance Program**  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
**QAP-QU - Química urinaria**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100221              |
| Ronda:                      | 34                  |
| Muestra:                    | 6                   |
| Código Muestra:             | CJ1805              |
| Fecha reporte:              | 2025-03-07          |
| Estado:                     | Evaluación original |

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON  $X_{PT}$  (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Ácido Úrico QU**

**19.23 mg/dL**



Abbott Alinity C

Uricase, colorimetric RILIBAK 13.5% APS  
2022

| 1<br>Fuente de comparación                       | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>                        | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional               | 18,76         | 0,88      | 139      | 17 a 20,52         | 2,51             | 0,53         | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3                  | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Participantes QAP misma metodología <sup>1</sup> | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |

\*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes.

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



**Calcio QU**

**10.08 mg/dL**



Abbott Alinity C

Arsenazo III RILIBAK 8.5% APS  
2022

| 1<br>Fuente de comparación                       | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>                        | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional               | 10,27         | 0,2       | 9981     | 9,88 a 10,66       | -1,85            | -0,97        | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3                  | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Participantes QAP misma metodología <sup>1</sup> | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |

\*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes.

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





**Quality Assurance Program**  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
**QAP-QU - Química urinaria**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100221              |
| Ronda:                      | 34                  |
| Muestra:                    | 6                   |
| Código Muestra:             | CJ1805              |
| Fecha reporte:              | 2025-03-07          |
| Estado:                     | Evaluación original |



**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X<sub>PT</sub> (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

|                      |                     |                  |                                                 |              |         |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>Creatinina QU</b> | <b>136.33 mg/dL</b> | Abbott Alinity C | Alkaline picrate-method, IFCC-IDMS Standardized | RILIBAK 2022 | 12% APS |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|

| 1<br>Fuente de comparación                       | 2<br>X <sub>pt</sub> | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>                        | N/A                  | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional               | 140,4                | 5,39      | 416      | 129,62 a 151,18    | -2,9             | -0,76        | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3                  | 143,14               | 5,92      | 22       | 131,29 a 154,98    | -4,76            | -1,15        | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología <sup>1</sup> | N/A                  | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |

\*No hay suficientes datos para valoración misma metodología.

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





|                   |                   |                  |                         |              |           |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| <b>Fósforo QU</b> | <b>49.2 mg/dL</b> | Abbott Alinity C | Phosphomolybdate method | RILIBAK 2022 | 11.5% APS |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------|

| 1<br>Fuente de comparación                       | 2<br>X <sub>pt</sub> | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>                        | N/A                  | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional               | 48,28                | 0,82      | 172      | 46,63 a 49,93      | 1,91             | 1,12         | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3                  | N/A                  | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Participantes QAP misma metodología <sup>1</sup> | N/A                  | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |

\*No hay suficientes datos para valoración misma metodología y todos los participantes.

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM





## Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-QU - Química urinaria

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Identificación Laboratorio: | 100221              |
| Ronda:                      | 34                  |
| Muestra:                    | 6                   |
| Código Muestra:             | CJ1805              |
| Fecha reporte:              | 2025-03-07          |
| Estado:                     | Evaluación original |

### 4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON $X_{PT}$ (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

#### Glucosa QU

**302.2 mg/dL**



Abbott Alinity C

Hexokinase RILIBAK  
2022

11% APS

| 1<br>Fuente de comparación           | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>            | 300.300       | N/A       | N/A      | N/A                | 0,63             | N/A          | Satisfactorio   |
| Media de comparación internacional   | 300,8         | 6,72      | 162      | 287,36 a 314,24    | 0,47             | 0,21         | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3      | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Participantes QAP misma metodología1 | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



#### Microalbuminuria QU

**108.96 ug/mL**



Abbott Alinity C

Immunoturbidimetric RILIBAK  
2022

15% APS

| 1<br>Fuente de comparación           | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>            | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de inserto                     | 89            | 9,5       | N/A      | 70 a 108           | 22,43            | 2,1          | Alarma          |
| Todos los participantes de QAP3      | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Participantes QAP misma metodología1 | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  <p>“Quality Assurance Program”<br/>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</p> | <p><b>Quality Assurance Program</b><br/><b>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</b><br/><b>QAP-QU - Química urinaria</b></p> | Identificación  | 100221              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Laboratorio:    |                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Ronda:          | 34                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Muestra:        | 6                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Código Muestra: | CJ1805              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Fecha reporte:  | 2025-03-07          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | Estado:         | Evaluación original |

#### 4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON $X_{PT}$ (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

##### Nitrógeno Uréico QU


761.2 mg/dL

Abbott Alinity C

Urease, UV RILIBAK 13.5% APS  
2022

| 1<br>Fuente de comparación           | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>            | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional   | 717,5         | 21,98     | 192      | 673,54 a 761,46    | 6,09             | 1,99         | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3      | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Participantes QAP misma metodología1 | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



##### Proteínas totales QU



62.75 mg/dL

Abbott Alinity C

Cloruro de RILIBAK 11.5% APS  
Benzotonium 2022

| 1<br>Fuente de comparación           | 2<br>$X_{pt}$ | 3<br>D.E. | 4<br>n/N | 5<br>Incertidumbre | 6<br>Diferencia% | 7<br>Z-score | 8<br>Valoración |
|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>            | N/A           | N/A       | N/A      | N/A                | N/A              | N/A          | N/A             |
| Media de comparación internacional   | 63,94         | 1,48      | 538      | 60,98 a 66,9       | -1,86            | -0,8         | Satisfactorio   |
| Todos los participantes de QAP3      | 53,48         | 5,27      | 11       | 42,94 a 64,01      | 17,34            | 1,76         | Satisfactorio   |
| Participantes QAP misma metodología1 | 53,48         | 5,27      | 11       | 42,94 a 64,01      | 17,34            | 1,76         | Satisfactorio   |

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|  <p>"Quality Assurance Program"<br/>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</p> | <p align="center"><b>Quality Assurance Program</b><br/><b>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</b><br/><b>QAP-QU - Química urinaria</b></p> | Identificación Laboratorio: | 100221              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Ronda:                      | 34                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Muestra:                    | 6                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Código Muestra:             | CJ1805              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Fecha reporte:              | 2025-03-07          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | Estado:                     | Evaluación original |

**5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA**

| 1    | 2                    | 3                | 4                                               | 5                                              | 6                                             | 7                                           | 8                        |
|------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Ítem | Mensurando           | Analizador       | Metodología declarada por el fabricante         | Metodología de referencia avalada por el JCTLM | Material trazable declarado por el fabricante | Material de referencia avalado por el JCTLM | Estado de trazabilidad   |
| 1    | Ácido Úrico QU       | Abbott Alinity C | Uricase, colorimetric                           | 113 114                                        | No declarado                                  |                                             | No trazable              |
| 2    | Calcio QU            | Abbott Alinity C | Arsenazo III                                    | 117 118 119<br>116 120 121<br>122 123          | No declarado                                  |                                             | No trazable              |
| 3    | Creatinina QU        | Abbott Alinity C | Alkaline picrate-method, IFCC-IDMS Standardized | 139 138 135<br>136 137                         | No declarado                                  |                                             | No trazable              |
| 4    | Fósforo QU           | Abbott Alinity C | Phosphomolybdate method                         |                                                | No declarado                                  |                                             | No trazable              |
| 5    | Glucosa QU           | Abbott Alinity C | Hexokinase                                      | 148                                            | No declarado                                  | 147                                         | Trazable por metodología |
| 6    | Microalbuminuria QU  | Abbott Alinity C | Immunoturbidimetric                             |                                                | No declarado                                  |                                             | No trazable              |
| 7    | Nitrógeno Uréico QU  | Abbott Alinity C | Urease, UV                                      |                                                | No declarado                                  |                                             | No trazable              |
| 8    | Proteínas totales QU | Abbott Alinity C | Cloruro de Benzotonium                          |                                                | No declarado                                  |                                             | No trazable              |

Nomenclatura método  
**113:** ID/GC/MS **114:** ID/LC/MS, ID/LC/MS/MS **117:** Atomic absorption **118:** FAAS **119:** ICP-OES **116:** ID/ICP-MS **120:** IDMS **121:** Inductively Coupled Plasma-(Isotope Dilution) Sector Field Mass Spectrometry (ICP-(ID) SFMS) **122:** Ion chromatography **123:** Isotope dilution ICP-MS **139:** ID-LC/MS **138:** ID/GC/MS **135:** ID/LC/MS, ID/LC/MS/MS **136:** Isotope dilution LCMS **137:** Isotope dilution surface enhanced Raman scattering (ID/SERS) **148:** ID-GC/MS

Nomenclatura materiales  
**147:** NIM CRM GBW 10062

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------|
|  <p>"Quality Assurance Program"<br/>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</p> | <p align="center"><b>Quality Assurance Program</b><br/><b>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</b><br/><b>QAP-QU - Química urinaria</b></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identificación Laboratorio: | 100221              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ronda:                      | 34                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Muestra:                    | 6                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Muestra:             | CJ1805              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha reporte:              | 2025-03-07          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado:                     | Evaluación original |

## 6. RESUMEN DE RONDA


| Ítem           | Mensurando           | Muestra 1             |         |                            | Muestra 2             |         |                            | Muestra 3             |         |                            | Muestra 4             |         |                            | Muestra 5             |         |                            | Muestra 6             |         |                            |
|----------------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|
|                |                      | Dif% con RL-MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP | Dif% con RL-MMT-JCTLM | Z-S WWR | Z Score particip antes QAP |
| 1              | Ácido Úrico QU       | N/A                   | -0,94   | -0,25                      | N/A                   | 0,28    | 0,71                       | N/A                   | -1,5    | -0,36                      | N/A                   | -0,15   | N/A                        | N/A                   | -0,09   | N/A                        | N/A                   | 0,53    | N/A                        |
| 2              | Calcio QU            | N/A                   | N/A     | N/A                        | N/A                   | N/A     | N/A                        | N/A                   | -0,69   | -0,92                      | N/A                   | 0,67    | N/A                        | N/A                   | -1,04   | N/A                        | N/A                   | -0,97   | N/A                        |
| 3              | Creatinina QU        | N/A                   | -1,4    | -0,16                      | N/A                   | 0,85    | -0,27                      | N/A                   | -0,64   | -0,94                      | N/A                   | -0,65   | -1,5                       | N/A                   | -1,34   | -1,19                      | N/A                   | -0,76   | -1,15                      |
| 4              | Fósforo QU           | N/A                   | -0,54   | -1,12                      | N/A                   | 1,84    | -0,71                      | N/A                   | 0,37    | -0,75                      | N/A                   | 1,48    | N/A                        | N/A                   | -0,98   | -1,16                      | N/A                   | 1,12    | N/A                        |
| 5              | Glucosa QU           | N/A                   | -0,91   | -0,21                      | 3,23                  | 1,37    | 0,71                       | -1,11                 | -0,99   | 1,15                       | 1                     | 0,37    | N/A                        | -0,37                 | -0,64   | 0,25                       | 0,63                  | 0,21    | N/A                        |
| 6              | Microalbuminuria QU  | N/A                   | -0,8    | N/A                        | N/A                   | -3,42   | N/A                        | N/A                   | -1,35   | N/A                        | N/A                   | -2,46   | N/A                        | N/A                   | 1,51    | N/A                        | N/A                   | 2,13    | N/A                        |
| 7              | Nitrógeno Uréico QU  | N/A                   | -0,8    | -4,34                      | N/A                   | -1,34   | N/A                        | N/A                   | 0,95    | 0,08                       | N/A                   | 1,6     | 0,4                        | N/A                   | N/A     | N/A                        | N/A                   | 1,99    | N/A                        |
| 8              | Proteínas totales QU | N/A                   | -0,08   | 0,42                       | N/A                   | 1,39    | 1,44                       | N/A                   | 0,08    | -0,15                      | N/A                   | 0,44    | 0,44                       | N/A                   | 2,71    | N/A                        | N/A                   | -0,8    | 1,76                       |
| Notificaciones |                      | 0 0 0 0               |         |                            | 0 0 0 0               |         |                            | 0 0 0 0               |         |                            | 0 0 0 0               |         |                            | 0 0 0 0               |         |                            | 0 0 0 0               |         |                            |

|                                                                                           |                                                                                   |                                                                   |                                                                    |                                                                      |               |                                                                                            |                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $X_{pt}$ - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible. | $X_{pt}$ - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible. | <b>Satisfactorio</b><br>si su resultado está entre +/- 2 Z-score. | <b>Alarma</b><br>si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score. | <b>No satisfactorio</b><br>si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score. | N/A No aplica |  Tardío | <input checked="" type="checkbox"/> Ausente |  Revalorado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |  |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
|  <p>“Quality Assurance Program”<br/>Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica</p> | <div>Quality Assurance Program</div> <div>PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO</div> <div>QAP-QU - Química urinaria</div> |  | Identificación  | 100221              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |  | Laboratorio:    |                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |  | Ronda:          | 34                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |  | Muestra:        | 6                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |  | Código Muestra: | CJ1805              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |  | Fecha reporte:  | 2025-03-07          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |  | Estado:         | Evaluación original |

## 7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

### 7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 6 MUESTRAS



| Observaciones: | Revisado por: |
|----------------|---------------|
|                |               |
|                |               |
|                | Fecha:        |

-- Final de reporte --

*María Paula Mora E.*

Aprobado por:  
Coordinador QAP  
Programas QAP

**Coordinador QAP:**  
**María Paula Mora Gamboa**  
**Contacto: 3174399931**  
**Correo: maria.mora@quik.com.co**