



"Quality Assurance Program"

Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica



**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD**
QAP-H - Hematología

LABORATORIO CLÍNICO LIGIA VALENCIA LLANO

Correo electrónico: ligiavalenciallano@gmail.com

Dirección: carrera 43C # 67sur-46 Sabaneta - Antioquia

Ciudad: Sabaneta - Antioquia

País: Colombia

Contacto: Ligia Valencia Llano

Teléfono: 3128543442

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100185

Código de reporte: QAP-H-100185-35-2

Ronda: 35

Muestra: 2

Código de la muestra: PL0812

Tipo de muestra: Líquido- Eritrocitos humanos estabilizados

Fecha generación: 31 / julio / 2022

Identificación Laboratorio:	100185
Ronda:	35
Muestra:	2
Código Muestra:	PL0812
Fecha reporte:	2022-07-28
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS como organización certificada ISO 27001:2013 ¹, y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ², garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de la seguridad de la información y en cumplimiento con el numeral.
- (2) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

Subcontrataciones:




La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. y para los programas de patología anatómica con la fundación Santa Fé de Bogotá

Identificación Laboratorio:	100185
Ronda:	35
Muestra:	2
Código Muestra:	PL0812
Fecha reporte:	2022-07-28
Estado:	Evaluación original

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IT	NOT	Mensurando	Analizador	Método	VRL	U-LAB	M-C	U-MC	DE-C	T-C	Zs	VAL	COMP
1		Ancho de distribución del eritrocito	Abacus Junior B	Calculado	16.6	%	17,9	%	1,45	Consenso	-0,9	Satisfactorio	Todos los laboratorios
2		Concentración de hemoglobina corpuscular media	Abacus Junior B	Calculado	32.4	g/dL	34,2	g/dL	2,12	Consenso	-0,85	Satisfactorio	Todos los laboratorios
3		Hematocrito	Abacus Junior B	Calculado	18.5	%	18,55	%	1,05	Consenso	-0,05	Satisfactorio	Todos los laboratorios
4		Hemoglobina	Abacus Junior B	Photometric	6.0	g/dL	6,3	g/dL	0,2	Consenso	-1,5	Satisfactorio	Todos los laboratorios
5		Hemoglobina corpuscular media	Abacus Junior B	Calculado	25.0	pg/cell	25,5	pg/cell	0,9	Consenso	-0,56	Satisfactorio	Todos los laboratorios
6		PDW (Ancho de distribución de plaquetas)	Abacus Junior B	Calculado	51.8	%	15,25	%	1,34	Consenso	27,28	No satisfactorio	Todos los laboratorios
7		Recuento de glóbulos blancos	Abacus Junior B	Electrical impedance	3.53	K/uL	3,61	K/uL	0,17	Consenso	-0,47	Satisfactorio	Todos los laboratorios
8		Recuento de glóbulos rojos	Abacus Junior B	Electrical impedance	2.40	M/uL	2,47	M/uL	0,08	Consenso	-0,88	Satisfactorio	Todos los laboratorios
9		Recuento de plaquetas	Abacus Junior B	Electrical impedance	40	K/uL	51,05	K/uL	6,62	Acumulada	-1,67	Satisfactorio	Método
10		Volumen corpuscular medio	Abacus Junior B	Calculado	77.1	fL	74,99	fL	2,95	Consenso	0,72	Satisfactorio	Todos los laboratorios
11		Volumen plaquetario medio	Abacus Junior B	Calculado	9.1	fL	9,61	fL	0,61	Consenso	-0,84	Satisfactorio	Todos los laboratorios

IT: Item	NOT: Notificaciones	VRL: Valor reportado por el laboratorio	U-LAB: Unidades de laboratorio	U-MC: Unidades Originales de la media de comparación
M-C: Media del grupo de comparación	DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación	T-C: Tipo de consenso	Zs: Z-score	VAL: Valoración
				COMP: Comparador

Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a 3 Z-score.	<input type="checkbox"/>  Tardío	<input checked="" type="checkbox"/>  Ausente	<input type="checkbox"/>  Revalorado
---	--	--	--	--	--



"Quality Assurance Program"
Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-H - Hematología

Identificación Laboratorio:	100185
Ronda:	35
Muestra:	2
Código Muestra:	PL0812
Fecha reporte:	2022-07-28
Estado:	Evaluación original

3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

1 Item	2 Mensurando	3 VRL	4 U-LAB	5 V.A.V.	6 U-V.A.V.	7 M-REF	8 D%	9 ETmp%	10 Límites aceptación Bajo Alto	11 Valoración
1	Hemoglobina	6.0	g/dL	6.300	g/dL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-4,76	4	6,05 6,55	No satisfactorio

VRL: Valor reportado por el laboratorio	U-V.A.V.: Unidades del valor aceptado como verdadero
U-LAB: Unidades de laboratorio	M-REF: Método de referencia
	D% Diferencia porcentual %

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V	No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V	ETmp Error Total máximo permisible * Fuente CAP	V.A.V. Valor aceptado como verdadero
--	---	---	---

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Ancho de distribución del eritrocito



16.6 %

Calculado

3% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	17,9	1,45	24	15 a 20,8	-7,26	-0,9	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	17,9	1,45	24	14,99 a 20,8	-7,24	-0,89	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Concentración de hemoglobina corpuscular media



32.4 g/dL

Calculado

3% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	34,2	2,12	23	29,96 a 38,44	-5,26	-0,85	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	34,2	2,12	23	29,96 a 38,44	-5,26	-0,85	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hematocrito



18.5 %

Calculado

6% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	18,55	1,05	24	16,45 a 20,65	-0,27	-0,05	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	18,59	1,05	23	16,5 a 20,68	-0,49	-0,09	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Hemoglobina



6.0 g/dL

Photometric

4% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	6.300	N/A	N/A	N/A	4,76	N/A	No satisfactorio
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	6,3	0,2	24	5,9 a 6,7	-4,76	-1,5	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	6,3	0,23	16	5,84 a 6,76	-4,77	-1,32	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Hemoglobina corpuscular media



25.0 pg/cell

Calculado

3% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	25,5	0,9	24	23,7 a 27,3	-1,96	-0,56	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	25,5	0,9	24	23,7 a 27,29	-1,94	-0,55	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



PDW (Ancho de distribución de plaquetas)



51.8 %

Calculado

6.4% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	15,25	1,34	2	12,57 a 17,93	239,67	27,28	No satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	27,43	21,12	3	-14,81 a 69,68	88,82	1,15	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Recuento de glóbulos blancos



3.53 K/uL

Electrical impedance

15% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	3,61	0,17	24	3,27 a 3,95	-2,22	-0,47	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	3,63	0,14	22	3,35 a 3,92	-2,86	-0,74	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Recuento de glóbulos rojos



2.40 M/uL

Electrical impedance

6% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	2,47	0,08	24	2,31 a 2,63	-2,83	-0,88	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	2,47	0,09	22	2,3 a 2,64	-2,99	-0,87	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Recuento de plaquetas



40 K/uL

Electrical impedance

25% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	51,05	6,62	331	37,81 a 64,29	-21,65	-1,67	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	52,04	10,63	24	30,77 a 73,31	-23,14	-1,13	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	50,48	7,11	21	36,25 a 64,7	-20,75	-1,47	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



Volumen corpuscular medio


77.1 fL

Calculado

3% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	74,99	2,95	24	69,09 a 80,89	2,81	0,72	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	74,66	3,5	10	67,66 a 81,66	3,27	0,7	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Volumen plaquetario medio



9.1 fL

Calculado

3% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Todos los participantes de QAP	9,61	0,61	22	8,39 a 10,83	-5,31	-0,84	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	9,18	0,47	9	8,24 a 10,12	-0,85	-0,17	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM



5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ancho de distribución del eritrocito	Abacus Junior B	Calculado		No declarado		No trazable
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	Abacus Junior B	Calculado		No declarado		No trazable
3	Hematocrito	Abacus Junior B	Calculado		No declarado		No trazable
4	Hemoglobina	Abacus Junior B	Photometric	38	No declarado		No trazable
5	Hemoglobina corpuscular media	Abacus Junior B	Calculado		No declarado		No trazable
6	PDW (Ancho de distribución de plaquetas)	Abacus Junior B	Calculado		No declarado		No trazable
7	Recuento de glóbulos blancos	Abacus Junior B	Electrical impedance		No declarado		No trazable
8	Recuento de glóbulos rojos	Abacus Junior B	Electrical impedance		No declarado		No trazable
9	Recuento de plaquetas	Abacus Junior B	Electrical impedance		No declarado		No trazable
10	Volumen corpuscular medio	Abacus Junior B	Calculado		No declarado		No trazable
11	Volumen plaquetario medio	Abacus Junior B	Calculado		No declarado		No trazable



Nomenclatura método

38: Spectroscopy after reaction with KCN

Nomenclatura materiales

6. RESUMEN DE RONDA


Ítem	Mensurando	Muestra 1			Muestra 2		
		Dif% con RL-MMT-jCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP	Dif% con RL-MMT-jCTLM	Z-S WWR	Z Score participantes QAP
1	Ancho de distribución del eritrocito	N/A	N/A	0,38	N/A	N/A	-0,9
2	Concentración de hemoglobina corpuscular media	N/A	N/A	-1,45	N/A	N/A	-0,85
3	Hematocrito	N/A	N/A	0,57	N/A	N/A	-0,05
4	Hemoglobina	-5,51	N/A	-2,06	-4,76	N/A	-1,5
5	Hemoglobina corpuscular media	N/A	N/A	-1,95	N/A	N/A	-0,56
6	PDW (Ancho de distribución de plaquetas)	N/A	N/A	0	N/A	N/A	27,28
7	Recuento de glóbulos blancos	N/A	N/A	-0,04	N/A	N/A	-0,47
8	Recuento de glóbulos rojos	N/A	N/A	0	N/A	N/A	-0,88
9	Recuento de plaquetas	N/A	N/A	-0,99	N/A	-1,67	-1,13
10	Volumen corpuscular medio	N/A	N/A	0,91	N/A	N/A	0,72
11	Volumen plaquetario medio	N/A	N/A	1,61	N/A	N/A	-0,84
Notificaciones		11 0 0			0 0 0		

V.A.V - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	V.A.V. - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a 3 Z-score.	N/A No aplica	 Tardío	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	 Revalorado
--	---	---	--	--	----------------------	--	---	--

Identificación Laboratorio:	100185
Ronda:	35
Muestra:	2
Código Muestra:	PL0812
Fecha reporte:	2022-07-28
Estado:	Evaluación original

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 2 MUESTRAS



Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

**Aprobado por:
Aída Porras. Magister en Biología. Doctor in management.
Coordinadora programas QAP**